

Specificații tehnice						anexa 22			
						din 29.12.2021			
Numărul licitației: 21046200								Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2022 (REPETAT)						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1	
Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE									
Valuta, lei MDL									
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	8	
		Bunuri							
33100000-1		Lotul 5							
		Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac 29G	CHINS0129	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringi sterile de unica folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, 29 G ½ ; 0.33 x (8-12mm) - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, gamitura de cauciuc - confectionată etanș - ac hipoalergic, apirogen, - ambalaj individual Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare. Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz) Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu <u>specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei.</u> *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul "Specificații Tehnice"	Conform standardelor EN, ISO Managementul calității certificat conform EN ISO 13485:2016 marcat CE acul fixat permanent pe corpul seringii, integrat slefuire de precizie cu lanceta, varf tratat cu silicon pentru o penetrare lina fără volum de spațiu mort Tip INSULINA U100 Dimensiune 1ml Dimensiune G/" 29G x 1/2" Dimensiune metrica 12,7 mm	CE	
		Total lot 5							
		TOTAL							

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23