

 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: www.vladmiva.ru e-mail: postmaster@vladmiva.ru
ИЗДЕЛИЕ	АЛЬВАНЕС	
УПАКОВКА	Порошок (флакон) 7 г Паста (банка) 20 г	
ОПИСАНИЕ	Материал (паста или порошок) стоматологический антисептический гемостатический для зубных лунок	
ПО ТРЕБОВАНИЯМ	В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000 ГОСТ Р 51059-97 и директивой ЕЭС 93/42 ЕС	
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)	Кол. (%)
<u>Порошок:</u>		
Пищевой полисахарид	59419-62-4	~48,0 %
Альгинат натрия	1302-42-7	~50,0 %
Иодоформ	—	~2,0 %
<u>Паста:</u>		
Альгинат натрия	1302-42-7	~50,0 %
Иодоформ	—	~2,0 %
Цетримид	—	~3,0 %
Гелеобразователь	—	~45,0 %
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 51059-97		
СЕРТИФИКАЦИИ	ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
Дата: 18/05/2011 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	Подпись, печать 	