

Specificații tehnice (F4.1)								
							din 12.12.2019	
Numărul licitației: 21014846								Alternativa nr.
Denumirea licitației: IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica necesitatilor Articole parafarmaceutice						Conform	Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33140000-3		Bunuri						
		Lotul 9						
		Protective Cover for ultrasound probes, latex, non-sterile	4220030300	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH		Pentru utilizare în timpul examinărilor ecografice transvaginale și transanal. Materialul său subțire, dar foarte durabil, asigură distribuirea și dirijarea optimă a undelor sonore. Potrivirea sa exactă permite ca gelul cu ultrasunete să fie răspândit pe întregul cap sonic, fără a trece prin cablu. Steril: Nu Lățime 30 mm Lungime 300 mm	CE
		Total lot 9						
33140000-3		Lotul 10						
		Disposable Scalpels Präzisa	1100000722	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH		Scalpele de unică folosință Präzisa, disponibile în diferite figuri. Steril: Da Figura numărul 22	CE
		Total lot 10						
33140000-3		Lotul 16						
		ECG liquid gel	G005	Italy	FIAB SpA		Gel lichid ECG, flacon de 260 ml	CE
		Total lot 16						
33140000-3		Lotul 18						
		Dräger X-plore 1330 FFP3 NR D V size M/L (with valve)	3951217	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA		Dräger X-plore 1300 este noua generație piese de pre-formate pentru filtrarea particulelor pentru protecție eficientă și împotriva prafului fin sub formă de particule solide și lichide. clase de protecție EN FFP3.	CE
		Total lot 18						

33140000-3		Lotul 24						
		Disposable ECG Electrode Type 110, solid gel, adult	1900000110	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH		Electrod ECG pentru adulți, nesteril, confecționat din spumă PE impermeabilă pentru lichide cu știft presat, oval, 45 mm diametru pentru teste pe termen scurt. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergic: Latex Gen de gel: gel solid Steril: Nu	CE
		Total lot 24						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**