

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1755167088459 din 22 octombrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
1	Balon resuscitare AMBU copii 110420	bucată	4	1990,00	2388,00	7960,00	9552,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
2	Balon resuscitare AMBU adulți 110430	bucată	6	1990,00	2388,00	11940,00	14328,00		
7	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	bucată	2	105980,00	127176,00	211960,00	254352,00		
8	Unitate stomatologică (caracteristici avansate) 120120	bucată	10	115670,00	138804,00	1156700,00	1388040,00		
13	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	bucată	1	74800,00	89760,00	74800,00	89760,00		
23	Pat electric, pentru adulți 140490	bucată	25	18999,00	22798,80	474975,00	569970,00		
24	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) 140510	bucată	1	38400,00	46080,00	38400,00	46080,00		
32	Hotă cu flux laminar 250100	bucată	1	86250,00	103500,00	86250,00	103500,00		
43	Spirograf pentru conexiune la PC 260510	bucată	1	68380,00	82056,00	68380,00	82056,00		
48	Tensiometru electronic automat Adult 260760	bucată	26	520,00	624,00	13520,00	16224,00		
50	Tensiometru electronic automat de triaj Adult 260780	bucată	5	580,00	696,00	2900,00	3480,00		
66	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	6	36000,00	43200,00	216000,00	259200,00		
	TOTAL					2363785,00	2836542,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1755167088459 din 22 octombrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Balon resuscitare AMBU copii 110420	REF 88-10-290	Germania	VBM MEDIZI NTECH NIK GMBH	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum 550 ml, ± 50 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve obligatoriu Intubare obligatoriu Rezervor oxigen obligatoriu Mască facială obligatoriu Marime mască nr. 2 și nr. 3 Articulație mobilă obligatoriu Colector obligatoriu Risc de contaminare scăzut Geantă de transport obligatoriu	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum 550 ml, ± 50 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve obligatoriu Intubare obligatoriu Rezervor oxigen obligatoriu Mască facială obligatoriu Marime mască nr. 2 și nr. 3 Articulație mobilă obligatoriu Colector obligatoriu Risc de contaminare scăzut Geantă de transport obligatoriu	DM000 825804
2	Balon resuscitare AMBU adulți 110430	REF 88-10-190	Germania	VBM MEDIZI NTECH NIK GMBH	Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum, ml 1500 - 2000 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve obligatoriu Intubare obligatoriu Rezervor oxigen obligatoriu	Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum, ml 1500 - 2000 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve obligatoriu Intubare obligatoriu Rezervor oxigen obligatoriu	DM000 825806

					Mască facială obligatoriu Marime mască nr. 4 și nr. 5 Articulație mobilă obligatoriu Colector obligatoriu Risc de contaminare scăzut Geantă de transport obligatoriu	Mască facială obligatoriu Marime mască nr. 4 și nr. 5 Articulație mobilă obligatoriu Colector obligatoriu Risc de contaminare scăzut Geantă de transport DA	
7	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110	TAOS800 L	China	GUANG ZHOU TAOSD ENT TECHNOLOGY CO.,LTD	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Cod 120110 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 30cm Greutate maximă ≥ 180kg ≥ 150kg Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Filtru pentru impuritati la aspiratoare obligatoriu Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detașabil obligatoriu	Unitate stomatologică (caracteristici de baza) Cod 120110 Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° DA Tetieră reglabilă DA Urcare/ coborîre ≥ 30cm Greutate maximă ≥ 180kg ≥ 150kg Comandă pedală DA Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică DA Programe de poziționare minim 3 DA Accesorii cotiere Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică DA Sarcina maximă ≥ 150kg Înălțime reglabilă DA Suport spate reglabil DA Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină DA Seringă cu 3 căi apă, aer, spray DA vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED DA Micromotor electric DA Piesă contraughi DA Braț asistentă DA Aspirator de salivă 2 furtunuri DA Filtru pentru impuritati la aspiratoare DA Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului DA Bloc hidraulic Bol din ceramică detașabil DA Clătitor DA Filtru pentru impurități DA Posibilitatea programării volumului de apă DA	În proces de înregistrare

					Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurități obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotații ≥ 300000 rot/min Piesă contraunghi Rotații $\geq 40\ 000$ rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detașabil, autoclavabil obligatoriu Frecvența de lucru 25 până la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip virfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere $\geq 1,5$kw Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu Control multifuncțional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz	Turbină dentară DA Sistem buton la schimbul borului DA Presiune de lucru de la 2.5 până la 2.7 bar DA Sursa de lumină LED DA Răcire apă/aer minim 3 orificii separate DA Rotații ≥ 300000 rot/min DA Piesă contraunghi Rotații $\geq 40\ 000$ rot/min Adaptabilă la micromotor DA Autoclavabilă DA Schimbarea frezei buton DA Răcire apă/aer minim 3 orificii separate DA Sursa de lumină Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux DA conectarea / deconectarea prin senzor DA Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă DA Înălțime reglabilă DA Tip lumină alb/rece DA Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED DA Mîner detașabil, autoclavabil DA Frecvența de lucru 25 până la 31 KHz Intensitate reglabilă DA Tip virfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei DA cod AC1500 Putere $\geq 1,5$kw DA Revenirea automată la poziția inițială DA Control multifuncțional de la picior mobil DA Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz	
8	Unitate stomatologică (caracteristici avansate)	TAOS800 L	China	GUANG ZHOU TAOSD ENT TECHNOLOGY	Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igienă dentară și tratament stomatologic. Parametrul Specificația	Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120 Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igienă dentară și tratament stomatologic. Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180°	În proces de înregistrare

120120			CO.,LTD	Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 40cm Greutate maximă ≥ 150kg Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Camera intraorală obligatoriu Lampă fotopolimer obligatoriu Bloc hidraulic Bol din ceramică sau sticlă detașabil obligatoriu Clătitor obligatoriu Filtru pentru impurități obligatoriu Posibilitatea programării volumului de apă obligatoriu Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului obligatoriu Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Rotatii ≥300000 rot/min Piesă contraughi Rotații ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor obligatoriu Autoclavabilă obligatoriu	Tetieră reglabilă DA Urcare/ coborîre ≥ 40cm Greutate maximă ≥ 150kg Comandă pedală DA Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică DA Programe de poziționare minim 3 DA Accesorii cotiere Scaun medic DA Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică DA Sarcina maximă ≥ 150kg DA Înălțime reglabilă DA Suport spate reglabil DA Suport picior DA Masa dentistului Turbină DA Seringă cu 3 căi apă, aer, spray DA vîrf angulat 90°, detașabil DA Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED DA Micromotor electric DA Piesă contraughi DA Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului DA Camera intraorală DA Lampă fotopolimer DA Bloc hidraulic, bol din ceramică detașabil DA Clătitor DA Filtru pentru impurități DA Posibilitatea programării volumului de apă DA Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului DA Presiune de lucru de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED DA Răcire apă/aer minim 3 orificii separate DA Rotatii ≥300000 rot/min Piesă contraughi Rotații ≥40000 rot/min Adaptabilă la micromotor DA Autoclavabilă DA Schimbarea frezei buton DA Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină LED DA Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor DA	
--------	--	--	---------	--	--	--

					Schimbarea frezei buton Răcire apă/aer minim 3 orificii separate Sursa de lumină LED obligatoriu Poziții 2 ≥ 4000 Lux de la 30 000 Lux conectarea / deconectarea prin senzor Axa de rotație ≥3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Mîner detașabil, autoclavabil obligatoriu Fregvența de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă Tip vîrfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei obligatoriu Putere ≥1,5kw Monitor ≥ 19 Camera intraorală Conectare la calculator prin USB obligatoriu Tip CCD Revenirea automată la poziția inițială obligatoriu Comanda de oprire urgentă obligatoriu Control multifuncțional de la picior mobil Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz	Axa de rotație ≥3 Unghi de iluminare reglabilă DA Înălțime reglabilă DA Tip lumină alb/rece DA Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED DA Mîner detașabil, autoclavabil DA Fregvența de lucru 25 pînă la 31 KHz Intensitate reglabilă DA Tip vîrfuri ≥ 4 Compresor Fără ulei DA cod AC1500 Putere ≥1,5kw DA Monitor 19 inch Camera intraorală conectare la calculator prin USB DA Tip CCD DA cod 1332 Revenirea automată la poziția inițială DA Comanda de oprire urgentă DA Control multifuncțional de la picior mobil DA Tensiune 220-240V Frecvența 50-60 Hz	
13	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) 130220	SY02-LED3	China	SHANG HAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K reglabilă	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220 Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii reglabil min. 3000 - 5000K reglabilă Reglarea intensității luminii obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95	DM000 821141

					Reglarea intensității luminii obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea cîmpului, cm Focusabil obligatoriu Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în campul operator $<1^\circ$ C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m	Dimensiunea cîmpului, cm Focusabil obligatoriu Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm Adîncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în campul operator $<1^\circ$ C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m - extended T type ceiling tube	
23	Pat electric, pentru adulți 140490	PLUS A7	Turcia	MEDICAL 2000 TIBBI CIHAZLAR VE ILERİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rutile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rutile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt	DM000 748034

					fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 230 V ± 10%, 50 Hz Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului	al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 230 V ± 10%, 50 Hz Saltea ortopedică da, Model S-02	
24	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) 140510	JX-02	Turcia	MEDICAL 2000 TIBBICIHAZLAR VERILERI TEKNOLOJISI SANAYI VERITICARET A.S.	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametru Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Acțiune electromecanică DA Secțiuni ≥ 3 DA Suporturi pentru mâini și pentru picioare DA Carcasul oțel vopsit electrostatic DA Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici DA Înălțime reglabilă 55 - 90 cm DA Capacitate maximă ≥ 200 kg DA	În proces de înregistrare
32	Hotă cu flux laminar 250100	BSC-1100IIA2-X BSC-1300IIA2-X	China	BIOBAS E BIODUSTRY (SHANDONG) CO., LTD.	Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux	Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux	În proces de înregistrare

					lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot 60dB ≤ Flux aer > 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării obligatoriu Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze	lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot 60dB ≤ Flux aer > 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării DA Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze Mărimile la alegerea beneficiarului, conform modelelor propuse	
43	Spirograf pentru conexiune la PC 260510	MIR SPIROLA B (SPIRO+OXY)	Italia	MIR S.R.L. - MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC. Parametrul Specificația Tip Pentru conexiune la PC Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatoriu Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV	Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC. Parametrul Specificația Tip Pentru conexiune la PC Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatoriu Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV	DM000 323215

					TV Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer obligatorii la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatoriure software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Interfața PC obligatoriu Alimentare Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Soft specializat pentru PC penture afișarea rezultatelor obligatoriu PC inclus cu monitor min. 24 inch obligatoriu Imprimanta A4 obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc.	TV Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer obligatorii la PC teste pacient DA verificare aparat DA up-graobligatoriure software DA Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Interfața PC obligatoriu Alimentare Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Soft specializat pentru PC - DA penture afișarea rezultatelor obligatoriu PC inclus cu monitor min. 24 inch DA Imprimanta A4 DA Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații DA Turbine de unică folosință FlowMIR® – for Professional Spirometry (Cod 910004) – DA Seringă de calibrare DA Clește pentru nas tip adult 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric 1 buc.	
48	Tensiometru electronic automat Adult 260760	U80EH	China	SHENZHEN URION TECHNOLOGY CO., LTD.	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Precizia valorilor afișate sistolic ± 3 mmHg	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Precizia valorilor afișate sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg	În proces de înregistrare

					diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	
50	Tensiometru electronic automat de triaj Adult 260780	U80EH	China	SHENZHEN URION TECHNOLOGY CO., LTD.	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice- pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline încărcător la 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice- pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc. Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline încărcător la 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	În proces de înregistrare
66	Brancardă sanitară (caracteristici de bază) 140370	M2-T800	Turcia	MEDICAL 2000 TIBBICIHAZLAR VELERITEKNOLOJISANAYI VE	Brancardă sanitară (caracteristici de bază) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2	Brancardă sanitară (caracteristici de bază) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2	În proces de înregistrare

				TICARE T A.S.	Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Minere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu	Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Minere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu	
--	--	--	--	------------------	--	---	--

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia