

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1662560844952</u>	Data: „ <u>31</u> ” <u>octombrie 2022</u>	Alternativa nr.: Nu se oferă
Denumirea licitației:	<u>Achiziționarea testelor și consumabilelor întru realizarea Programului Național de combaterea hepatitelor virale B, C și D pentru anul 2023</u>	Lot: <u>4, 5, 6</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	4	Vîrfuri sterile 100-1000 ul	Vîrfuri sterile 100-1000 ul	TYC14 Vîrfuri sterile 1000 ul	China	NTL Co., Ltd	Vîrfuri curate de AND/ARN cu filtru, ambulate a cite 96, sterile. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 80% din termenul total al produsului. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .	Vîrfuri sterile 1000 ul. Vîrfuri curate de AND/ARN cu filtru, ambalate a cite 96 bucăți, sterile.	CE, ISO
33100000-1	5	Vacutainer K3EDTA 4.0 ml	Vacutainer K3EDTA 4.0 ml	TYK11 Vacutainer K3EDTA 4.0 ml	China	NTL Co., Ltd	Eprubete vacumate cu anticoagulant pentru separarea plasmei. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 80% din termenul total al produsului. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .	Vacutainer K3EDTA 4.0 ml. Eprubete vacumate cu anticoagulant pentru separarea plasmei, 13 x 75mm, PET.	CE, ISO
33100000-1	6	Ace cu holder (21 G)	Ace cu holder (21 G)	TYJ09 Ace cu holder (21 G)	China	NTL Co., Ltd	Ace cu holder pentru colectarea singelui venos (21 G) compatibile cu eprubetele vacumate din lotul nr. 5. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 80% din termenul total al produsului. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .	Ace cu holder pentru colectarea sîngelui venos (21 G) compatibile cu eprubetele vacumate din lotul nr. 5.	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**