

Specificații tehnice (F4.1)

Nr.licitației: **LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1618570422414**

Data: 21.05-26.05.2021

Alternativa nr.: _

Denumirea lictației: **Achizitionarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 3)**

Lot: _____

Pagina: __ din __

C od C P V	N r. Lo t	Denu mire Lot	Denu mirea poziți ei	Mode lul artico lului	Țara de origi ne	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitata	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	2	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	90101137.T16.KS.M2.M3.E2.ES.C1.Y3.W1.W3.90104101	Turcia	Dolsan	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit + accesorii inclusă	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat 230 kg Înălțime Ajustabilă 49- 79 cm Rotile Diametru 12,5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic 43 x 63 cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională - da Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit + accesorii inclusă	ISO, CE, declaratia de conformitate

SEMNAT: _____ Potinga Stela in calitate de Director
SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, Chișinău, str. Maria Dragan 19A, tel. 022-473769