

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763629136943

Obiectul achiziției: Servicii de control tehnic a instalațiilor radiologie pentru anul de activitate 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1: BRIVO DR-F (CCD str. Vadul lui Vodă 80)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform	Autorizatie ANRANR

				AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie	graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie
Lot 2: X Frame DREZ (CCD str. Vadul lui Vodă 80)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie
Lot 3: CRDD- 09- ALFA (CMF 8 str. Voluntarilor 3)	-	-	-	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea	1.Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy). 2.Acuratețea reproducerii kV,timp expunere. 3.HVL 4.Reproducerea si linearitatea

				mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie	mAs 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 6. Doza absorbita suprafata de intrare pe procedura - (mGy) sau APR Lucrările se efectuează în prezenta unui reprezentant al instituției. Toate manipulările la utilaj se efectuează exclusiv de persoane autorizate . Certificat de înregistrare a întreprinderii; Autorizația radiologică de la ANRAR; Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; Agentul economic se obligă să efectueze lucrările conform graficului prestabilit de IMSP AMT Ciocana. Verificări periodice o dată în an ianuarie
--	--	--	--	--	--

***Medexcom-Teh SRL** este singura companie **dotată cu instrumente, inclusiv fantome, capabilă** să efectueze controlul calității instalațiilor röntgen digitale în partea ce ține de **rezoluția spațială a imaginilor obținute**, în conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 451 din 24-07-2015 ”*pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională*”.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Andrei Matei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Cuza Voda 44, of. 111