

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21037001 din 04.04.2021
Denumirea procedurii de achiziție: LP privind achiz. Lampi bactericide

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8	Corp pentru lampa UV, 1*30W, cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan	R. Moldova	Caravan-Express SRL	Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8. Lungime tubului 900, ± 10mm. Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan. Reflector din tablă oglindată.	Conform specificației autorității contractante	Aviz sanitar eliberat de către ANSP
33140000-3	Lampa mobilă	Corp cu lampi bactericide 3*30W pe suport de inox și reflectoare de inox cu telecomandă și timer	R. Moldova	Caravan-Express SRL	Lampa mobilă, pentru sterilizarea aerului din încăperea și suprafețe. Suportul dotat cu min.3 roți. Cu min. 2 roți cu frână. Mîner pentru transportare - da. Număr de tuburi - 3 tuburi ≥ 30W fiecare tub, ≥ 30 m². Durata de viață tub ≥ 9000 ore. Undă spectrală, nm 254, ± 1. Destinat utilizării în spitale. Unghiul de iradiere 360 grade. Alimentare 220V, 50Hz.	Conform specificației autorității contractante	Aviz sanitar eliberat de către ANSP

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Donea Victor În calitate de: Manager
 Ofertantul: Distrimed SRL Adresa: Chisinau Traian 14/4 , of27