

Producator:

- Vata hidrofila pentru uz medical tip B si BC
- Tifon din bumbac 100% uz medical
- Fesi din tifon bumbac 100%
- Comprese sterile pliate din tifon
- Comprese taiate din tifon

Standarde implementate:

- SR EN ISO 13485 : 2012
- SR EN ISO 22716 : 2008
- CE

S.C. SPD STAR S.R.L. - Member of SPD GROUP

Nr. Reg. Comert: J12/3444/2003; RO15965131

Caseiu nr.136 C , județul Cluj

Tel: +4 0264 / 223 495

Fax:0264/206020; E-mail: office@spdgroupp.ro;

Capital social subscris si varsat : 2.364.000 Ron

IBAN: RO18 BTRL 0520 1202 5209 60XX

Banca Transilvania, sucursala Dej, jud. Cluj

FISA TEHNICA

Produsul: Fasa tifon sterila 5m x 10 cm

Tifon: tesatura uniforma, moale, nelucioasa, alba, fara pete si defecte de tesatura, fara miros, cu anumita rezistenta la rupere, cu margini intarite printr-un numar mai mare fe fire in urzeala.

Prezentul certificat atesta calitatea produselor si conformitatea acestora cu Specificatia Tehnica ST 02/09, referinta SR EN 14079/2003.

Nr. crt	CARACTERISTICA / UM= bucata	VALORI
1.	Masa produsului finit	24 grame
2.	Desimea firelor/10cm, -in urzeala -in batatura	120 100
3.	Rezistenta la rupere[N], -in urzeala -in batatura	80 50
4.	Amidon, dextrina	lipsa
5.	Hidrofilie, [sec.]	6
6.	Substante solubile in apa, [%]	0.4
7.	Substante solubile in eter, [%]	0.3
8.	Pierdere prin uscare[%]	6
9.	Cenusa[%]	0.3
10.	Aciditate, alcalinitate, clor	lipsa
11.	Substante tensioactive, inaltimea spumei	0,5 mm

Produs in conformitate cu normele CE si ale Sistemului de Mangement al Calitatii implementat conform cerintelor Standardului SR EN ISO 13485:2012.Sterilizarea se efectueaza prin tratament cu radiatii gama.

Beneficiar:

C.T.C.

