

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **21053273 din 23 martie 2022**

Obiectul achiziției: **Servicii de întreținere/reparație a utilajului medical (de autoclavare, de termodezinfectie, mașină de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiogra)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						ISO, CE
Lotul 1 –Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medical: *Mașină de autoclavare, de termodezinfectie, mașină de spălat instrumente, de împachetare, marca MELAG și Getinge (35 bucăți). *Electrocardiograf și aparate pentru fizioterapie marca BTL (28 unități)						
Autoclav-Euroclav 23S , Anul producerii 2007 (3 unități)	Euroclav 23S	Germania	Melag	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Mașină de spălat instrumente-Melaclean, Anul producerii 2008-210 (7 unități)	MELAclean	Germania	Melag	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Autoclav- Euroclav 23VS , Anul producerii 2008-2009 (2 unități)	Euroclav 23VS	Germania	Melag	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Masina pentru împachetarea instrumentariului si textilelor medicale-Melaseal , Anul	MELAseal	Germania	Melag	Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE

producerii 2007-2009 (5 unități)						
Electrocardiograf BTL08-SD3, Anul producerii 2011 (8 unități)	BTL-08 SD3	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Aparat pentru drenaj limfatic BTL Lymphastim 6000 TopLine, Anul producerii 2011 (1 unitate)	BTL Lymphastim 6000	Marea Britanie	BTL	Profilaxia conductelor de aer impreuna cu pompa,programul de lucru (softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Profilaxia conductelor de aer impreuna cu pompa,programul de lucru (softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Autoclav – HS33, Anul producerii 2014 (1 unitate)	Geringe HS 33	Suedia	Geringe	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Masina pentru termodezinfectie-WD15, Anul producerii 2014 (1 unitate)	Geringe WD 15	Suedia	Geringe	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Masina pentru termodezinfectie-MELAtherm10, Anul producerii 2012 (1 unitate)	MELAtherm 10	Germania	Melag	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Autoclav-Cliniklav 25, Anul producerii 2011-2013 (3 unități)	Clinclave 25	Germania	Melag	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Combină model BTL 5816 SLM	BTL5816SLM Combi	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Aparat Limfodrenare-BTL-6000	BTL-6000 Limfodrenare	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Combină model BTL-4800 LM2	BTL-4800 LM2	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE

Combină model BTL5000 SWT	BTL-5000 SWT	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Terapie microunde model BTL-21	BTL-21	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Combina model BTL 5816 SLM	BTL-5816SLM	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Combină model BTL 4810 S	BTL-4810S	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
BTL 4000 series	BTL-4000	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE
Combină model 6000 SWT	BTL-6000 SWT	Marea Britanie	BTL	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). in costul serviciilor de întreținere nu se include costul	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). in costul serviciilor de întreținere nu se include costul	ISO, CE
Piese de schimb				Piese de schimb vor fi achiziționate in cazul defectării utilajelor, in dependentă de necesitățile reale, in valoare de 40000 lei cu TVA, la contractul încheiat cu ofertantul câștigător.	Piese de schimb vor fi achiziționate in cazul defectării utilajelor, in dependentă de necesitățile reale, in valoare de 40000 lei cu TVA, la contractul încheiat cu ofertantul câștigător.	ISO, CE

Semnat electronic

Nume, Prenume: Ruxanda Moldoveanu

În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Polisano Prim SRL

Adresa juridică: MD-2019, mun. Chișinău, str.Costiujeni 6/2

Adresa poștală: MD-2025, mun.Chișinău, str.Testemițanu 3/18



Cod fiscal: 1005600003425

Tel. (+373) 68 84 07 60 , (+373) 22 28 57 99

e-mail: directorcomercial@polisanoprim.md