

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21061592 din 15 aug 2022

Obiectul achiziției: “Echipament de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)”.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3. Cântar de laborator.	PS 0360.R2	Polonia	RADWAG	Display LCD. Tipul staționar. Capacitatea max. de cântărire 200 g. Capacitatea min. de cântărire 10 mg. Precizie la citire (d) 1 mg. Clasa de precizie II conform OIML. Mărimea platformei ø 120 mm. Temperatura de lucru - 18+33 °C. Alimentare de la rețea (220V). Dimensiuni 235x245x80 mm. Greutate net 4.8 Kg . Funcții de bază: setare zero automat, cântărire	Display LCD. Tipul staționar. Capacitatea max. de cântărire 360 g. Capacitatea min. de cântărire 0.001 g. Precizie la citire (d) 0.001 g. Clasa de precizie II conform OIML. Mărimea platformei 128 x 128 mm. Temperatura de lucru - +10°C ~ +40°C. Alimentare de la rețea (220V). Dimensiuni 333 x 208 x	CE

				per/buc., compensarea greutateii terei, posibilitate de lucru cu imprimanta sau calculator (RS232C), indicator de stabilizare, filtrarea perturbațiilor de la vibrație, deconectare automată, setarea datei și a orei. (AD 200 sau echivalent).	100 mm. Greutate 3.7 kg. Funcții de bază: setare zero automat, cântărire per/buc., compensarea greutateii terei, posibilitate de lucru cu imprimanta sau calculator (RS232C), indicator de stabilizare, filtrarea perturbațiilor de la vibrație, deconectare automată, setarea datei și a orei. (AD 200 sau echivalent).	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21061592 din 15 aug 2022
	Obiectul de achiziției: “Echipament de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)”.

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38900000-4	Cântar de laborator (Balanță semianalitică).	Buc.	1	10 750,00	12 900,00	10 750,00	12 900,00	30 zile	MD90AG000000022512014654	
TOTAL						10 750,00	12 900,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____