

			Specificații tehnice (F4.1)						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1771425881978					Data: „09”martie 2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului special privind asigurarea cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz pentru 2026					Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (adult)	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (adult)	REXTON BiCore B M10	Danemarca	WSAUD A/S	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Înșirarea maximală - 128 dB și mai mult Căștigul maximal - 56-80 dB Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5% Anti-feedback- Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe Accesorii ale unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Agentul economic se obligă a confecționa GRATIS olivă individuală în termen de maxim 21 zile. Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramelor efectuate de către operatorul economic) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesită a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parașa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	• Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - 2023 (Declarație producător în setul de acte) • Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025) • Înșirarea maximală - 129 dB (fișa de date tehnice - pag.3) • Căștigul maximal - 65 dB (fișa de date tehnice - pag.3) • Nivelul de zgomot - 19 dB (fișa de date tehnice - pag.3) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 100Hz (fișa de date tehnice - pag.3) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 8100Hz (fișa de date tehnice - pag.3) • Coeficientul distorsiunilor armonice - 4/2/2-5% (fișa de date tehnice - pag.3) • Anti-feedback- Prezent (Rexton Catalog H2 2024 - pag. 28) • Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 12 (fișa de date tehnice - pag.8) • Accesorii ale unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramelor efectuate de către operatorul economic) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: - da • Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni - da • Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. - da • Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil - prezent: Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici a protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). • La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parașa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	
33100 00-1	2	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adult)	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adult)	REXTON BiCore B P10	Danemarca	WSAUD A/S	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Înșirarea maximală 134 dB și mai mult Căștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe. Accesorii ale unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obligă a confecționa GRATIS olivă individuală în termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramelor efectuate de către operatorul economic) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retro auricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesită a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parașa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - 2023 (Declarație producător în setul de acte) • Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025) Înșirarea maximală - 139 dB (fișa de date tehnice - pag.2) • Căștigul maximal - 82 dB (fișa de date tehnice - pag.2) • Nivelul de zgomot - 15 dB (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 140Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 6300Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Coeficientul distorsiunilor armonice - 5/4/1-5% (fișa de date tehnice - pag.2) • Anti-feedback- Prezent (Rexton Catalog H2 2024 - pag. 29) • Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 12 (fișa de date tehnice - pag.8) • Accesorii ale unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramelor efectuate de către operatorul economic) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Cu cârlig standard (earhook) retroauricular: Servicii pe perioada garanției: - da • Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni - da • Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. - da • Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil - prezent: Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametrii electroacustici a protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). • La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parașa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	

33100 00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă (adulti)	Proteze auditive pentru surditate profundă (adulti)	REXTON BiCore B HP10	Danemarca	WSAUD A/S	Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală - 140 dB și mai mult Căștigul maximal- 81dB și mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB ("se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5100 Hz Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuală in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (dupa datele audiogramei efectuată de către operatorul economic) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametri electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriiile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	• Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) -2023 (Declarație producător în setul de acte) • Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025) • Ieșirea maximală - 143dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Căștigul maximal - 85 dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Nivelul de zgomot - 17 dB; (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita inferioară a diapazonului frecvențial - 100 Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Limita superioară a diapazonului frecvențial - 5400Hz (fișa de date tehnice - pag.2) • Coeficientul distorsiunelor armonice - 5/1/1/-6% (fișa de date tehnice - pag.2) • Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului - 12 (fișa de date tehnice - pag.5) • Anti-feedback- Prezent (Rexton Catalog H2 2024 - pag. 30) • Accesoriiile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) • Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garantiei reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei) - da • Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) - da • Cu cârlig standard (earhook) retroauricular: Servicii pe perioada garanției: - da • Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni - da • Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. - da • Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil - prezent Chișinău și Bălți • Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru - da • Cerințele către parametri electroacustici a protezelor auditive digitale sunt prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). • La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriiile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Aceste date pot fi găsite în următoarele documente: 1. Date tehnice BiCore B HP 10 2. Rexton Catalogue H2 2024	

Semnat: Chirtoacă Ludmila, În calitate de: Administrator
Ofertantul: Acustmed SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 49