

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675682589006 din 06.02.2023
Obiectul achiziției: Materiale de referință, standarde și reagenți pentru determinarea acizilor grași și reziduuri (LÎPA)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 10 Modificator de matrice Fosfat de amoniu NH ₄ H ₂ PO ₄	5190-8337	SUA	Agilent	Concentratia NH ₄ H ₂ PO ₄ -10% in acid azotic -2 %, ambalaj original	Concentratia NH ₄ H ₂ PO ₄ -10% in acid azotic -2 %, ambalaj original	
LOT 31 Standard de calibrare LC/MS 6470/Ultivo	G1969-85000	SUA	Agilent	Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml, compatibil cu sistemul Agilent 6470/Ultivo Triple Quadrupole LC/MS	Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml, compatibil cu sistemul Agilent 6470/Ultivo Triple Quadrupole LC/MS	

<p>LOT 36 Standards for Analytical Chemistry, FID MDL test sample, 2,2,4-trimethylpentane</p>	<p>5188-5372</p>	<p>SUA</p>	<p>Agilent</p>	<p>CRM, Part Number 5188-5372: Concentrations: n-Tridecane 2.37 mg/L ($\pm 2\%$) 2.0 ng C/mL n-Tetradecane 2.37 mg/L ($\pm 2\%$) 2.0 ng C/mL n-Pentadecane 23.7 mg/L ($\pm 2\%$) 20. ng C/mL n-Hexadecane 23.7 mg/L ($\pm 2\%$) 20. ng C/mL; In isooctane (2,2,4-trimethylpentane) as solvent Purities: n-Tridecane 99% n-Tetradecane 98% n-Pentadecane 99% n-Hexadecane 99% Isooctane 99%</p>	<p>CRM, Part Number 5188-5372: Concentrations: n-Tridecane 2.37 mg/L ($\pm 2\%$) 2.0 ng C/mL n-Tetradecane 2.37 mg/L ($\pm 2\%$) 2.0 ng C/mL n-Pentadecane 23.7 mg/L ($\pm 2\%$) 20. ng C/mL n-Hexadecane 23.7 mg/L ($\pm 2\%$) 20. ng C/mL; In isooctane (2,2,4-trimethylpentane) as solvent Purities: n-Tridecane 99% n-Tetradecane 98% n-Pentadecane 99% n-Hexadecane 99% Isooctane 99%</p>	
<p>LOT 45 Coloană ZORBAX Eclipse Plus C18 4.6x150mm 3.5-Micron</p>	<p>959963-902</p>	<p>SUA</p>	<p>Agilent</p>	<p>Coloană ZORBAX Rapid Resolution Eclipse Plus C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 μm. Compatibil cu sistemele Agilent LCMS 6470 si Ultivo</p>	<p>Coloană ZORBAX Rapid Resolution Eclipse Plus C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 μm. Compatibil cu sistemele Agilent</p>	

					LCMS 6470 si Ultivo	
--	--	--	--	--	------------------------	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibas** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova**

