

**SPECIFICAȚII TEHNICE
IMSP Spitalul Raional Cahul**

Numărul procedurii de achiziției: ocds-b3wdp1-MD-1705645314912 / 21156014	din 07 februarie 2024
Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2024	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
	Lotul 3							
3.1	50400000-9	Analizator Sysmex XS-1000i	XS-1000i	Japonia	Sysmex	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h .	Conform cerințelor	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**