

ООО «Научно-Производственное Объединение Маркер»

ИНН: 7728890217

КПП: 772801001

ОГРН: 5147746104182

117292. г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44

тел.: +7 (495) 178-02-08; e-mail: info@npomarker.ru

**Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации
ТУ 20.59.52-001-35927791-2017**

ПАСПОРТ

03.03.2020

**Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации:
многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-4», 4 класс для контроля параметров
паровой стерилизации для режимов: 112 °С /20 мин, 121 °С /15 мин;**

Партия № 2503/2

Дата изготовления: март 2020 г.

Годеи до: март 2025 г.


Вид исполнения: листы с индикаторами

Результаты приемосдаточных испытаний

| Наименование испытаний (проверок) | №№ пунктов ТУ (технических требований) | Результат испытаний |
|--|--|------------------------|
| Проверка соответствия комплекту документации | 1.1.1 | соответствует |
| Проверка исполнений, общего внешнего вида, конструкции, формы, материалов, основных размеров, массы | 1.2.1-1.2.3 | соответствует |
| Проверка условий достижения конечного состояния | 1.2.4, 1.2.5 | соответствует |
| Проверка условий не достижения конечного состояния | 1.2.6 | соответствует |
| Проверка комплектности, маркировки и упаковки | 1.3, 1.4, 1.5 | соответствует |

Генеральный директор ООО «НПО Маркер»

И.П. Антонова



ООО «Научно-Производственное Объединение Маркер»

ИНН: 7728890217

КПП: 772801001

ОГРН: 5147746104182

117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44

тел.: +7 (495) 178-02-08; e-mail: info@npomarker.ru

Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации
ТУ 20.59.52-001-35927791-2017

ПАСПОРТ

03.03.2020

Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации:
многопеременный индикатор «ХимТест», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121 °С /20 мин, 126 °С /10 мин, 134 °С /5 мин;

Партия № 2503/2

Дата изготовления: март 2020 г.

Годеи до: март 2025г.

Вид исполнения: листы с индикаторами

Результаты приемосдаточных испытаний

| Наименование испытаний (проверок) | №№ пунктов ТУ (технических требований) | Результат испытаний |
|---|--|------------------------|
| Проверка соответствия комплекту документации | 1.1.1 | соответствует |
| Проверка исполнений, общего внешнего вида, конструкции, формы, материалов, основных размеров, массы | 1.2.1-1.2.3 | соответствует |
| Проверка условий достижения конечного состояния | 1.2.4, 1.2.5 | соответствует |
| Проверка условий не достижения конечного состояния | 1.2.6 | соответствует |
| Проверка комплектности, маркировки и упаковки | 1.3, 1.4, 1.5 | соответствует |

Генеральный директор ООО «НПО Маркер»



И.П. Антонова

ООО «Научно-Производственное Объединение Маркер»

ИНН: 7728890217

КПП: 772801001

ОГРН: 5147746104182

117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44

тел.: +7 (495) 178-02-08; e-mail: info@npomarker.ru

Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации ТУ 20.59.52-001-35927791-2017

ПАСПОРТ

03.03.2020

Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации:
многопеременный индикатор «ХимТест», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120 °С /45 мин, 126 °С /30 мин, 132 °С /20 мин;

Партия № 2503/2

Дата изготовления: март 2020 г.

Годен до: март 2025г.

Вид исполнения: листы с индикаторами

Результаты приемосдаточных испытаний

| Наименование испытаний (проверок) | №№ пунктов ТУ (технических требований) | Результат испытаний |
|---|--|------------------------|
| Проверка соответствия комплекту документации | 1.1.1 | соответствует |
| Проверка исполнений, общего внешнего вида, конструкции, формы, материалов, основных размеров, массы | 1.2.1-1.2.3 | соответствует |
| Проверка условий достижения конечного состояния | 1.2.4, 1.2.5 | соответствует |
| Проверка условий не достижения конечного состояния | 1.2.6 | соответствует |
| Проверка комплектности, маркировки и упаковки | 1.3, 1.4, 1.5 | соответствует |

Генеральный директор ООО «НПО Маркер»



И.П. Антонова

ООО «Научно-Производственное Объединение Маркер»

ИНН: 7728890217

КПП: 772801001

ОГРН: 5147746104182

117292. г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44

тел.: +7 (495) 178-02-08; e-mail: info@npomarker.ru

Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации
ТУ 20.59.52-001-35927791-2017

ПАСПОРТ

03.03.2020

Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации:
многопеременный индикатор «ХимТест», 4 класс для контроля параметров воздушной
стерилизации для режимов: 160 °С /150 мин, 180 °С /60 мин, 200 °С /30 мин;

Партия № 2503/2

Дата изготовления: март 2020 г.

Годен до: март 2025 г.

Вид исполнения: листы с индикаторами

Результаты приемосдаточных испытаний

| Наименование испытаний (проверок) | №№ пунктов ТУ (технических требований) | Результат испытаний |
|--|--|------------------------|
| Проверка соответствия комплекту документации | 1.1.1 | соответствует |
| Проверка исполнений, общего внешнего вида, конструкции, формы, материалов, основных размеров, массы | 1.2.1-1.2.3 | соответствует |
| Проверка условий достижения конечного состояния | 1.2.4, 1.2.5 | соответствует |
| Проверка условий не достижения конечного состояния | 1.2.6 | соответствует |
| Проверка комплектности, маркировки и упаковки | 1.3, 1.4, 1.5 | соответствует |

Генеральный директор ООО «НПО Маркер»

И.П. Антонова

