

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1617781240547	Data licitației 28.04.2021 Data depunerii: 22.04.2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Aparate de ventilare artificială a plămânilor Cod CPV: 33100000-1		Pagina: 1 din

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1						
33100000-1	Aparate de ventilare artificială a plămânilor	LUFT 3	Brazilia	LEISTUNG EQUIPAMENTOS	<p><i>- Regim de ventilare</i></p> <p>1. <i>APVcmv/(S)CMV+</i></p> <p>2. <i>APVsimv/SIMV+</i></p> <p>3. <i>PCV+</i></p> <p>4. <i>PSIMV+</i></p> <p>5. <i>DouPAP</i></p> <p>6. <i>ARV</i></p> <p>7. <i>SPONT</i></p> <p>8. <i>ASV</i></p> <p>9. <i>NIV</i></p> <p>10. <i>NIV-ST</i></p> <p><i>Presiunea de inspirație 0 – 60 cmH2O</i></p>	<p><i>- Regim de ventilare</i></p> <p>1. <i>APVcmv/(S)CMV+</i></p> <p>2. <i>APVsimv/SIMV+</i></p> <p>3. <i>PCV+</i></p> <p>4. <i>PSIMV+</i></p> <p>5. <i>DouPAP</i></p> <p>6. <i>ARV</i></p> <p>7. <i>SPONT</i></p> <p>8. <i>ASV</i></p> <p>9. <i>NIV</i></p> <p>10. <i>NIV-ST</i></p> <p><i>Presiunea de inspirație 10 – 120 cmH2O</i></p>	

				<ul style="list-style-type: none"> - Fluxul maxim de inspirație 240 l/min (150 l/min cu 100 % O2) - Volumul Tital Adult/Ped 20 – 2000 ml - I:E – 1:9 – 4:1 - PEEP (cmH2) – 0 – 35 cmH2O - Rate b/min – 1- 80 b/min - TI – 0.1-12 sec Configurația: - Ventilator tip turbină; - Troleu; - Suport pentru circuit; - Cablu de alimentare - Umidificator - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (autoclavabila) - Manual de utilizare 	<ul style="list-style-type: none"> - Fluxul maxim de inspirație 240 l/min (250 l/min cu 100 % O2) - Volumul Tital Adult/Ped 20 – 2500 ml - I:E – 5:1 - 1:99 - PEEP (cmH2) – 0 – 80 cmH2O - Rate b/min – 1- 180 b/min - TI – 0.1-30 sec Configurația: - Ventilator tip turbină; - Troleu; - Suport pentru circuit; - Cablu de alimentare - Umidificator - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (autoclavabila) - Manual de utilizare 	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor MAXIM _____ În calitate de : Administrator _____

Ofertantul: SC "DENIAUTO" SRL _____ Adresa: str.P.Rares 39/1, ap.68, 2005-Chisinau _____