

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1771333402444](#) din 17.02.2026

Obiectul achiziției: **Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2026**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
servicii						
Lot 16. Mentenanța sterilizatorului cu aburi Tuttnauer 5075EL	Servicii de mentenanță pentru autoclavul Tuttnauer 5075EL Asigurarea funcționării sigure conform standardelor producătorului	Israel	Tuttnauer	Serviciile de mentenanță pentru sterilizatorul cu aburi Tuttnauer 5075EL vor asigura funcționarea corectă, sigură și conformă a echipamentului. Mentenanța va include verificarea funcționării ciclurilor de sterilizare, a sistemului de generare a aburului, a etanșeității ușii, a elementelor de siguranță și a parametrilor de temperatură și presiune, conform instrucțiunilor producătorului. Intervențiile se vor realiza de personal calificat. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service.	Serviciile de mentenanță pentru autoclavul Tuttnauer 5075EL Asigurarea funcționării sigure conform standardelor producătorului Verificarea funcționării ciclurilor de sterilizare Verificare sistemului de generare a aburelor Verificarea etanșeității ușii și a elementelor de siguranță Verificarea parametrilor temperaturii și presiune, conform instrucțiunilor producătorului	

Numele, Prenumele: Dulgher Serghei

Adresa: mun.Chisinau, str. Hristo Botev 19/1

În calitate de: Director

Ofertantul: ADLES SRL

