

Kalibrierzertifikat Calibration Certificate

Dräger

Seite 1 von 1
Page 1 of 1

Auftraggeber
Purchaser Labromed Labaorator SRL

Auftragsnummer
Purchase Order No. 2200861203

Dräger Order Nr. (Kalibrierzertifikat-Nr.)
Order No. (Calibration Certificate No.) 62100333

Menge Quantity	Benennung Description	Sach-Nr. Part-No.	Fabrik-Nr. Serial-No.	
1	Alcotest 6820	8322620	ARLB - 0449	
Sensor Sensor	Kalibriergas Calibration Gas	Konzentration Concentration	Eingestelltes Gas Displayed Gas	Analyse-Auftrags-Nr. Analyse Order No.
6810360	Ethanol	Sollwert: 0,462 mg/l 0,970 ‰ (0,462 x 2,10 = 0,970) Toleranz: ± 3 %	Wet	

Die Geräte wurden überprüft und die Messwerte entsprechen den Spezifikationen.
Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind rückführbar auf nationale Standards. Wo keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeitigen technischen Regeln und Normen.

Die für diesen Vorgang angefertigte Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

The instrument is tested and the measured values are in accordance to the specification.
The measuring installations used for calibration are regularly calibrated and are based on national standards. Should not exist any national standards the measure procedure corresponds with the technical regulations and norms.
The documents established for this procedure are available viewing.

Datum
Date 08.03.2018

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Qualitätsverantwortliche/r
Unterschrift / Signature

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeck, Deutschland
Tel. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
UID-Nr. DE812128834
WEEE-Reg.-Nr. DE13636930

Bankverbindungen:
Commerzbank AG, Lübeck
Konto-Nr. 0 146 803
BLZ 230 400 22
IBAN DE29 2304 0022 0014 6803 00
SWIFT-Code COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
Konto-Nr. 030 210 900
BLZ 230 707 10
IBAN DE75 2307 0710 0030 2109 00
SWIFT-Code DEUTDEHH22

Sitz der Gesellschaft: Lübeck
Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 4097 HL
Komplementär:
Dräger Safety Verwaltungs AG
Sitz der Gesellschaft: Lübeck
Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 5036 HL

Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Dräger Safety AG & Co. KGaA und
Dräger Safety Verwaltungs AG:
Professor Dr. Nikolaus Schweickart

Vorstand:
Stefan Dräger (Vorsitzender)
Rainer Klug
Dr. Reiner Piske
Gert-Hartwig Lescow
Anton Schrofner