

Specificatii tehnice (F 4,1)					
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1672129951352 (21070604) din 16,01,2023					
Denumirea licitației: Consumabile și seturi jetabile pentru a.2023					
Denumire Lot	LP N 21070604				Poziția
	modelului bunului/serviciului	Tara de origina	Producatorul	Specificatia propusa de ofertant	Standarte de referinta
Lotul-1. Scutec din articole netesute de unica folosință steril	101-202-03	Turcia	3TEKS	Scutec din material nețesut, SMS stratificat densitatea 29/35g/m.p. (90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril	DM000381314
Lotul-3. Cearsaf medical nesteril	101-304	Turcia	3TEKS	material nețesut ,SMS (160*200), 29/35 g/m.p., (+/-10cm)	DM000381307
Lotul-5. Husa pentru masa de operatii.	906-102	Turcia	3TEKS	Husă sterilă din material transparent p-ru masa de operatii (200cmx300cm) (+/-10cm)	DM000381362
Lotul-6. Scutec de unica folosință 60x90	GT167-200	China	Ningbo Greetmed	protecție pat (60x90)(+/-10cm)	DM000372739
Lotul-9. Set steril Mayo standart Cover	MAYO, 78 X 145 CM	Turcia	3TEKS	(80x145cm) (+/-10cm)	DM000381310
Lotul-10. Set de suctie Yancaur	GT029-100	China	Ningbo Greetmed	p-ru aspiratie din plaga. Set aspirație Yancaur cu tub conector de 3,6 m și canulă Yancaur ¼, steril.	DM000239819
Lotul-11. Set Husa intarita pentru suport Mayo sterila Sandart Cover	MAYO, 90 X 140 CM	Turcia	3TEKS	(La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/-10cm)	DM000381311
Lotul-14. Set din articole nețesute sterile (pentru laparotomie)	903-001-S	Turcia	3TEKS	Set din articole nețesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc; - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc; - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc; - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc; - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc; - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	DM000381392
Lotul-16. Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții proctologie)	401-001-S	Turcia	3TEKS	Set din articole netesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă:- cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc; - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc; - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm; - săculeț p/u lichide – min.1 buc; - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc; - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	DM000381376

Lotul-21. Set din articole neșesute sterile (pentru ORL)	301-101	Turcia	3TEKS	Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc; - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc; - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc; - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc; - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc; - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	DM000381327
Lotul-22. Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala)	201-002-S	Turcia	3TEKS	Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc; - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc; - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc; - puna cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc; - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	DM000381371
Lotul-23. Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie)	SBF-803-1	Turcia	Su Biyomedical	Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - puna cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	DM000317144
Lotul-24. Set din articole neșesute sterile (pentru masă mare de instrumente)	101-306	Turcia	3TEKS	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componenta minimă a setului: - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbtie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	DM000381309

Lotul-25. Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	SST-001-A	Turcia	Su Biomedical	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componentă minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 140 cm de H ₂ O/cm ² - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H ₂ O/cm ² - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H ₂ O/cm ² - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H ₂ O/cm ² . - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H ₂ O/cm ² . - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	DM000317147
Lotul-26. Set urologic TUR	201-001-S	Turcia	3TEKS	Prosop de celuloză 18x25 cm; - 1 x suport p/u tub 9x18 cm; husă TUR 175/270x180 cm prevăzută cu punga colectoare, orificii 8 cm și 5 cm; - 1 x câmp masă 150x190 cm, 75x 190 cm absorbant	DM000381370

Semnat

Diana Tutunaru

jurist

IM Natusana SRL or. Codru, str. M. Eminescu 31