

			Specificații tehnice							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1648707767984						Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)						Pagina: _1_ din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
1	2			3	4	5	6		8	
3310000-1	7	Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge	Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge	WPF3 3/6	Italia	KW Ap	Sistem pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge Cod Anexa 5 Descriere Dispozitiv medical pentru dezghețarea si incalzirea plasmei si a pungilor de sange cu caldura uscata Parametrul Specificația Metoda de lucru cu caldura uscata Capacitatea de încărcare 4 -6 pungi Temperatura mentinuta constant 37 °C Puterea 600-900 W Agitator opțional Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz	Sistem pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge Descriere Dispozitiv medical pentru dezghețarea si incalzirea plasmei si a pungilor de sange cu caldura uscata Parametrul Specificația Metoda de lucru cu baie de apă, fără contact între puna de plasmă și apă Capacitatea de încărcare 3 -6 pungi Temperatura programabilă până la +40 °C Puterea max. 750 W Sistem continuu de agitare a pungii Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED D Afișarea temperaturii componentelor sanguine Alimentare de la rețea 220V 50 Hz		
3310000-1	9	Microscop trinocular	Microscop trinocular	B-383PLi	Italia	Optika	Descriere Microscopul este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, cu camera digitală video. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Sistem de achiziționare a imaginilor Cameră video Digitală Modul de montare Integrat în carcasă sau montat top Tehnologia camerei CCD Calitatea imaginii furnizate Minimum Full HD Frecvența maximă de citire a imaginilor Minimum 30 fps Dimensiunea pixelului Minimum 3,4 μm Posibilitatea conectării la PC da Modul de conectare la calculator USB 3.0 sau Cablu FireWire 800 Unitatea de alimentare încorporată Sursa de alimentare 220V, 50Hz Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Lampă halogen sau LED - 3 bucăți	Descriere Microscopul este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, cu camera digitală video. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° -cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul 48-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Iluminare LED Sistem de achiziționare a imaginilor Cameră video Digitală Modul de montare: montat top Tehnologia camerei CMOS Calitatea imaginii furnizate: Full HD Frecvența maximă de citire a imaginilor 35 fps la 2448x2048. Dimensiunea pixelului 3.45 x 3.45 μm Posibilitatea conectării la PC: da Modul de conectare la calculator USB 3.0 Unitatea de alimentare încorporată Sursa de alimentare 220V, 50Hz Accesorii Ulei de imersie – o sticlă Lampă halogen sau LED - nu este necesar. Timpul de viață pentru LED este >65,000 ore. De aceea, nu este nevoie de a schimba acest modul.		

33100 00-1	12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	iLux 12	India	Shalya	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14 - 28 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.4 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 120000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4000 K Indexul de culoare ≥ 94 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 15-30 cm Adâncimea 60-100 cm Distanța de lucru 1 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță 120000 lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm sus 45 jos 50 Cresterea temperaturii în campul operator < 2° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 60 000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	
33100 00-1	13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	iLux 10-10	India	Shalya	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 14-25 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 ≥ 120 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 120 000 lux" Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Indexul de culoare > 94 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 15-30 cm Adâncimea 60-100 cm Distanța de lucru 1 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță "satelitul nr.1 160 000 lux, satelitul nr.2 160 000 lux" Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm 45 sus, 50 jos Cresterea temperaturii în campul operator <2° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 60000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicolai Iasîbaș În calitate de: Director

Ofertantul: Lokmera SRL Adresa: Str.Mitropolit Gurie Grosu 9, Chisinau, MD 2028