

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție: **21015980 din 09 decembrie 2019**

Denumirea procedurii de achiziție: **Produse parafarmaceutice - 2020**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	69	69.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	MN137P	Morton	Turcia	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%; rezistența fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O; la 60 L/min-2,6 cmH2O; volum compresibil 60ml; volum Tidal minimal 200ml; return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L; port Luer p/u proba de CO2.	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%; rezistența fluxului la 30 L/min-1,0 cmH2O; la 60 L/min-2,6 cmH2O; volum compresibil 60ml; volum Tidal minimal 200ml; return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L; port Luer p/u proba de CO2. Codul Produsului:MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Budurin Igor** În calitate de: **director**

Ofertantul: **"GRAZY PRICE MEDICAL" SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7**