

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds–b3wdp1–MD–1655477829847/21058629</u>						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri 3310000–1						
Lot 5. Troliu laparoscopic + accesorii	321161032 ; 32116015; 32116402; 32116412; 32114.535; 32113202; 55251061; 85525922; 85261504; 51640011; 806550301 ; 22350011; 74021038 ; 100–013; 242–008; 280–03S; 351–03S ; 100–303; 90K0085–ENDOVUE, 32"	Germania Polonia	Richard Wolf EMED NDS	Turn laparoscopic cantitate Descriere Set de laparoscopie pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Sunt incluse accesoriile (sursă de lumină, suflante, instrumente chirurgicale,) oferite de majoritatea producătorilor de turnuri laparoscopice. Parametrii Specificarea Utilizare în sala de operație 1 unit. 4 rafturi + sertar Stabilizator de tensiune atașat sau încorporat în troliu Roți antistatice și blocabile Suport balon Suport pentru monitor Monitor medical Diagonală minim 26 inch 1 unit. Afișaj activ cu matrice TFT sau LED Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 85 de grade orizontal și vertical Semnalele de intrare: minim DVI / VGA / HDMI Suport pentru monitor – cu brat articulat din minim 2 segmente cu lungimea totală minim 1m, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stînga, anterior – posterior Monitor medical suplimentar Diagonală minim 26 inch 1 unit. Afișaj activ cu matrice TFT sau LED Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi minim de vizualizare 85 de grade orizontal și vertical Semnalele de intrare: minim DVI / VGA / HDMI Pe suport vertical cu minim 4 roțile dintre care minim 2 blocabile cu înălțimea de minim 2 metri cu suport fix pentru monitor Cu posibilitatea de recepționare a imaginii de la troliu prin tehnologie wireless (wifi, bluetooth). Videoprocessor Semnale de ieșire: Tip soclu: VBS-1 / DVI / HDMI 1 unit. posibilitatea de a regla lampa de la sursa de lumină în modul PORNIT sau STANDBY posibilitatea preșetărilor și setărilor individuale – minim 4	Parametrii Specificarea Utilizare în sala de operație 1 unit. 4 rafturi + sertar Stabilizator de tensiune atașat sau încorporat în troliu Roți antistatice și blocabile Suport balon Suport pentru monitor (brosura pag.9–14) Monitor medical Diagonală 32 inch 1 unit.(brosura pag.18–19) Afișaj activ cu matrice LED Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi de vizualizare 175 de grade orizontal și vertical Semnalele de intrare: DVI–D, RGBS/VGA/YPbPr (HD–15 or DVI–I via adapter), S–Video, Composite Suport pentru monitor – cu brat articulat din minim 2 segmente cu lungimea totală 103 cm, care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stînga, anterior – posterior (brosura pag.12) Monitor medical suplimentar Diagonală minim 32 inch 1 unit.(brosura pag.18–19) Afișaj activ cu matrice LED Rezoluție minimă 1920x1080 (Full HD) Unghi de vizualizare 178 de grade orizontal și vertical Semnalele de intrare: DVI–D, RGBS/VGA/YPbPr (HD–15 or DVI–I via adapter), S–Video, Composite Pe suport vertical cu 4 roțile dintre care 2 blocabile cu înălțimea de 1330 – 1630 mm cu suport fix pentru monitor (brosura pag.15) Cu posibilitatea de recepționare a imaginii de la troliu prin tehnologie wireless (wifi, bluetooth). Videoprocessor Semnale de ieșire: Tip soclu: 2x 3G–SDI, 2x HDMI, 1x YC, 1x CV. posibilitatea de a regla lampa de la sursa de lumină în modul PORNIT sau STANDBY posibilitatea preșetărilor și setărilor individuale – 5 profile Imagine: HDTV / HD 1920 x 1200 pixels	ISO/CE

				Imagine: HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Posibilitatea stocării datelor prin cel puțin una dintre metode – stick de memorie USB / HDD portabil maxim 2TB Reglare automată a culorilor Reglare automată a intensității luminii Cap camera Cameră cu capac 3 CCD / 3 CMOS cu cip 1 unit. Cameră cu capacitate Full HD, cu 2x optic și 1,5X digital ZOOM Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli focalizare la distanță – interval de la 16 mm la 26 mm lungimea cablului camerei – nu mai puțin de 3 metri Cuplare automată pe telescop Adaptor video integrat în camera cu capac Total imersibil în dezinfectanți Adaptor video autoclavabil Filtru moire inclus Sterilizare – autoclavare Sursa de lumina Sursă de lumină LED, intensificarea lămpii – reglare continuă cu buton; 1 unit. separat sau integrat Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton; durata de viață garantată a lămpii, minim 10 mii de ore putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W reglarea intensității luminii – modul automat reglarea intensității luminii – modul manual Cablul fibro-optic Diametru – 4–5 mm 2 unit. Lungime – 3 m, +/- 0,5 m Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade Insuflator Debit de insuflație – 1–45 l / min 1 unit. Afișarea parametrilor presetati (debit, presiune, gaz consumat) Reglarea debitului de insuflație, reglarea minimă cu o unitate. Gama de debit de insuflație de la 1 la 45 l / min. Reglare continuă Tub de insuflare CO2 reutilizabil Lungimea furtunului: min 3 m Alarma pentru lipsa gazului care suflă Furtun de conectare cilindru de înaltă presiune Capacitate cilindrică CO2 10 litri – 2 buc. Diatermocoagulator Panoul frontal cu protecție împotriva umidității 1 unit. Ecranul tactil (touchscreen) Memorie de cel puțin 3 presetari pentru parametrii de lucru Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc.	Posibilitatea stocării datelor prin cel puțin una dintre metode – stick de memorie USB / HDD portabil 1TB Reglare automată a culorilor Reglare automată a intensității luminii (<u>broșura pag.1–2</u>) Cap camera Cameră cu capac 3x 1/3" CCD Cameră cu capacitate Full HD, cu 2x optic și 1,5X digital ZOOM Rezoluție, 1920 x 1080 pixeli focalizare la distanță – interval de la 13 mm la 29 mm lungimea cablului camerei – 3 metri (<u>broșura pag.3–5</u>) Cuplare automată pe telescop Adaptor video integrat în camera cu capac Total imersibil în dezinfectanți Adaptor video autoclavabil Filtru moire inclus Sterilizare – autoclavare Sursa de lumina Sursă de lumină LED, intensificarea lămpii – reglare continuă cu buton; 1 unit. separat sau integrat Reglarea modului PORNIT sau STANDBY printr-un buton; durata de viață garantată a lămpii, minim 30 mii de ore putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W reglarea intensității luminii – modul automat (<u>broșura pag.6–9</u>) reglarea intensității luminii – modul manual Cablul fibro-optic Diametru – 5 mm 2 unit. Lungime – 3 m, Cu rotire liberă în jurul axei Rezistent la căldură, autoclavabil 134 de grade Insuflator Debit de insuflație – 1–45 l / min 1 unit. (<u>broșura pag.16–17</u>) Afișarea parametrilor presetati (debit, presiune, gaz consumat) Reglarea debitului de insuflație, reglarea minimă cu o unitate. Gama de debit de insuflație de la 1 la 45 l / min. Reglare continuă Tub de insuflare CO2 reutilizabil Lungimea furtunului: min 3 m Alarma pentru lipsa gazului care suflă Taste de control cu protecție împotriva umidității Furtun de conectare cilindru de înaltă presiune Capacitate cilindrică CO2 10 litri – 2 buc. Diatermocoagulator (<u>broșura pag.20–25</u>) Panoul frontal cu protecție împotriva umidității 1 unit. Ecranul tactil (touchscreen) Memorie de cel puțin 100 presetari pentru parametrii de lucru	
--	--	--	--	---	---	--

				4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară minim 90w la 100 Ω Putere de ieșire monopolară minim 300w la 300 Ω Pedală de comandă dublă pentru mediu umed Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic – 4 buc Cablul electrod neutru, lungime minimă 4 m –2 buc Cablul monopolar Cablul monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector instrument: conector pin tata 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade 3 unit. Cablul bipolar Lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug”, Reutilizabil, Autoclavabilă 134 grade 2 unit. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Anul producerii 2022. * Perioada de garanție minim 24 de luni de la livrarea bunului. * Instruire utilizator, * Instruire bioinginer, * Manual de utilizare, * Manual de service * Certificat CE și declarație de conformitate în conformitate cu evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată de semnătura și ștampila participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată de semnătura și ștampila Participantului. * Catalogul producătorului / prospectele / documentele tehnice, pe hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea / marcarea numărului de referință / modelului articolului atribuit numărului lotului furnizat. * Oferta va indica codul produsului oferit pentru a fi identificat conform catalogului prezentat.	Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc. 4 moduri de tăiere: tăiere simplă, cu energie ridicată, combinată cu coagularea A și B. 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară 400 w 300Ω Putere de ieșire monopolară 400 w 300Ω Pedală de comandă dublă pentru mediu umed Electrod neutru refolosibil din cauciuc siliconic –4 buc Cablul electrod neutru, lungime minimă 4 m –2 buc Cablul monopolar Cablul monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare, lungime de cel puțin 3m. Conector dispozitiv compatibil cu lotul de electrocoagulator de înaltă performanță Conector instrument: conector pin tata 4mm Reutilizabil, autoclavabil 134 de grade 3 unit. Cablul bipolar Lungime de cel puțin 3 m cu conectorul pentru instrumente de tip “European flat plug”, Reutilizabil, Autoclavabilă 134 grade 2 unit. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Anul producerii 2022. * Perioada de garanție minim 24 de luni de la livrarea bunului. * Instruire utilizator, * Instruire bioinginer, * Manual de utilizare, * * Certificat CE și declarație de conformitate în conformitate cu evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată de semnătura și ștampila participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil – copie confirmată de semnătura și ștampila Participantului.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele

DUBALARI Pavel

În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult.**

Ofertantul: **Endo-Chirurgie SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, nr. 9.**

Specificații de preț								
Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1655477829847/21058629</u> .								
Denumirea procedurii de achiziție: " Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” ".								
Cod CPV	Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1		3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	5	Troliu laparoscopic + accesorii	set	2	1805000.00	2,166,000.00	3,610,000.00	4,332,000.00
Total							3,610,000.00	4,332,000.00

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie** Adresa: **str. Meșterul Manole, nr. 9, mun. Chișinău.**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **DUBALARI Pavel** În calitate de: **Specialist achiziții publice, Jurisconsult.**

Beneficiar: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 22/2

Oficiul Băncii: OTP Bank S.A.

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 81A

Data: 22 iulie 2022

GARANȚIE DE OFERTĂ nr. LG/98396457100

OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova a fost informată „Endo-Chirurgie” S.R.L. (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 29 iulie 2022 (numită în continuare „ofertă”) privind achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17.06.2022.

La cererea Ofertantului, noi, OTP Bank S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de: 72 200.00 (șaptezeci și două mii două sute, 00) MDL.

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 26.11.2022 (inclusiv).

Cu respect,
Șef Secție Suport SME,
Departamentul Întreprinderi Mici și Mijlocii,
OTP Bank S.A.

Digitally signed by Stihii Nina
Date: 2022.07.22 16:30:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nina Stihii

Executor:
Doina Panainte
Tel.: (022) 812-346

Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către tradefinance@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document