


SED

Extrication/spine immobilization device



The SED extrication device is a first aid apparatus to be used for the extraction of a traumatised patient from a vehicle. It must be used after the application of the cervical collar to maintain immobilisation and head-torso alignment.

Specific features

- Color coded belt system to make the application more intuitive and rapid
- PVC coating for an easy sanitation
- The separation of the rigid elements, allows high vertical rigidity and horizontal flexibility
- Equipped with cushion for the nuchal area

Technical data

Length	830 mm
Width	900 mm
Maximum thickness ⁽¹⁾	25 mm
Overall dimensions wrapped with bag (approx.)	850 x 250 x 120 mm
Belts length	74 ± 2 cm
Materials	PVC, Nylon, PP
Weight without bag	2,60 kg
Weight with bag	2,85 kg
Maximum load capacity	230 kg

¹⁾ at the hooks

Standard equipment

- Transport bag

Class I MD compliant with UE Reg. 2017/745

SED SPENCER EXTRICATION DEVICE



SR00111B

CND Classification V0804

Registration number 102330

NATO stock n° 6515-15-149-8710

Rev.0 (30/11/2020)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

EU DECLARATION OF CONFORMITY/ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
Regulation/Regolamento UE 2017/745

The declaration is released under the sole responsibility of the manufacturer
La dichiarazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Manufacturer/*Fabbricante*: **Spencer Italia s.r.l.**
 Via Provinciale, 12 – 43038 Sala Baganza (PR) – Italy

Unique registration number/
Numero di registrazione unico: Eudamed is not active/ *Banca Eudamed non attiva*

Medical Device/*Dispositivo Medico*: SED SPENCER EXTRICATION DEVICE/
 SED - SPENCER EXTRICATION DEVICE C/SACCA

Code /*Codice*: SR00111B

BASIC UDI-DI /*UDI-DI di base*: 805771123ESTRICATORICZ

Lot/ *Lotto* SN/ *Matricola*: Not available before the production/
Non disponibile prima della produzione

Quantity/*Quantità*: 1

Risk class /*Classe di rischio*: I
 (Annex VIII/ *Allegato VII*)

Conformity assessment procedure/
Procedura valutazione conformità: Not present /*Non presente*

Rule/*Regola*: 1

Spencer Italia S.r.l. declares under its sole responsibility that the above mentioned medical device is in compliance with the requirements of the Regulation 2017/745 and with the applicable regulations and common specifications.
Spencer Italia S.r.l. dichiara sotto la sua sola responsabilità che il Dispositivo Medico sopra menzionato, è conforme ai requisiti del Regolamento 2017/745, alle norme e alle specifiche comuni applicabili.

The list of applicable standards is reported in the Technical File.
La lista delle norme applicabili è riportata nel relativo Fascicolo Tecnico.

Sala Baganza (PR) - IT, 14/05/2022

First name and surname /*Nome e cognome*: _____

Role/*Ruolo*: _____ Signature/*Firma*: _____

Person in whose name and on whose behalf this declaration of conformity has been signed/
Persona a nome e per conto della quale è stata firmata la presente Dichiarazione UE :

Antonio Ciardella
 (Legal Representative /*Legale Rappresentante*)

