

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1620980778807	Data: 19 mai 2021, 10:00 - 22 mai 2021, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Implanturi spinale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2021 (repetat)	Lot: 2	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	NR. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
33100 00-1	2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara	Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm	Biotech Pectus Bar 18-45 mm 113-7100-0000 Biotech STABILIZER PL.STRAIGHT LONG 113-8010-0000 Biotech STABILIZER PL.STRAIGHT FIXED 113-8030-0000 Material Stainless Steel 316LVM	Germania	Biotech	Pectus Bar stabilizer Universal, Lățimea 15-20mm Lungimea 240-340mm, 1.Material : Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă găuri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3.Pectus Bar Stabilizer, Lățimea - 15- 20mm Lungimea 240-340mm 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 7. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 8. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 9 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante- corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatorie, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produs (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 00-1	2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara	Setul de instrumente	Instruments set	Germania	Biotech	Gratuit în folosință. 1.Pectus Introducer de 48 cm; 2.Pectus intodicer de 51 cm; 3. Pectus intoducer de 54 cm; 4.Pectus Fipper; 5.Pectus Bender. Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**

