

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1584620021358 din 10.04.2020
Denumirea procedurii de achiziție:	Articole Parafarmaceutice si Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2020.

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Lotul 47						
Pansament pentru arsuri	Sanavel 2	Republica Cehă	VUP Medical a.s.	<p>Descriere: țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul rănilor deschise și închise. Structura macroporoasă este destinată pentru impregnarea în substanțe medicamentoase pe bază de soluții medicamentoase lichide.</p> <p>Dimensiuni 140x100 mm;</p> <p>Descriere tehnică:</p> <p>Material de confecționare: Poliester</p> <p>Structura: țesătură macroporoasă</p> <p>Compatibilitate medicament: medicamente pe bază de soluții lichide</p> <p>Utilizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acoperirea rănilor chirurgicale</li> <li>- Acoperirea locurilor-donori după prelevarea grefelor dermice</li> </ul>	<p>Țesătură hidrofobică cu porozitate înaltă utilizată pentru tratamentul rănilor deschise și închise. Structura macroporoasă este destinată pentru impregnarea în substanțe medicamentoase pe bază de soluții medicamentoase lichide. - DA</p> <p>Dimensiuni 140x100 mm; -DA</p> <p>Material de confecționare: Poliester -DA</p> <p>Structura: țesătură macroporoasă -DA</p> <p>Compatibilitate medicament: medicamente pe bază de soluții lichide - DA</p> <p>Utilizare: -DA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acoperirea rănilor chirurgicale</li> </ul>	Certificat ISO 13485, CE

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acoperirea locurilor de transport a transplanturilor</li> <li>- Tratament chirurgical, inclusiv chirurgie plastică</li> <li>- Tratament dermatologic</li> <li>- Tratament traumatologic</li> </ul> <p>Reacții alergice și contraindicații: absente</p> <p>Adeziune: absentă</p> <p>Deteriorare/vătămare la înlăturare: absente; se înlătură cu ușurință de pe rană fără deteriorarea țesutului / vătămarea pacientului.</p> <p>Adaptabilitate: poate fi tăiat cu foarfece pentru ajustare la orice formă fără pierderea proprietăților</p> <p>Vârsta pacienților: orice vârstă</p> <p>Sterilitate: țesături împachetate sterile.</p> <p>Nr. de utilizări: de 1 singură folosință.</p> <p>Proprietăți față de exsudat: permeabil la exsudat datorită structurii poroase</p> <p>Sterilizat prin iradiere</p> <p>Certificare:</p> <p>*Certificat CE pentru produsul oferit cu anexele corespunzătoare - valabil la data deschiderii ofertelor;</p> <p>*Certificat ISO - 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor;</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit;</p> <p>*Ofertantul va prezenta o declarație prin care va garanta că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acoperirea locurilor-donori după prelevarea grefelor dermice</li> <li>- Acoperirea locurilor de transport a transplanturilor</li> <li>- Tratament chirurgical, inclusiv chirurgie plastică</li> <li>- Tratament dermatologic</li> <li>- Tratament traumatologic</li> </ul> <p>Reacții alergice și contraindicații: absente – DA</p> <p>Adeziune: absent -DA</p> <p>Deteriorare/vătămare la înlăturare: absente; se înlătură cu ușurință de pe rană fără deteriorarea țesutului / vătămarea pacientului. -DA</p> <p>Adaptabilitate: poate fi tăiat cu foarfece pentru ajustare la orice formă fără pierderea proprietăților -DA</p> <p>Vârsta pacienților: orice vârstă - DA</p> <p>Sterilitate: țesături împachetate sterile. - DA</p> <p>Nr. de utilizări: de 1 singură folosință. - DA</p> <p>Proprietăți față de exsudat: permeabil la exsudat datorită structurii poroase -DA</p> <p>Sterilizat prin iradiere -DA</p> <p>Certificare:</p> <p>*Certificat CE pentru produsul oferit cu anexele corespunzătoare - valabil la data deschiderii ofertelor;</p> <p>*Certificat ISO - 13485 – valabil la data deschiderii ofertelor;</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>*Mostre – Se vor prezenta la solicitare, in decurs de 3 zile.</p>	<p>tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit;</p> <p>*Declarație prin care se garantează că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial;</p> <p>*Mostre – În caz de necesitate se vor prezenta mostre in decurs de 3 zile.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Nume: Vasile MATEI

Adresa: Chișinău, str. Miorița 5, of. 11

În calitate de: Director