

Solicitantul tehnice									
I acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8!									
Numărul licitației: Denumirea licitației:		P.N.		Achiziția de servicii medicale conform necesităților instituțiilor medicale sanitare publice (Planul suplimentar nr. 24)				Data:	20
Alternanța nr.:		Evaluare:		Data:				Data:	
Cod CPE	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Proda-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
3310 0000 1	1	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 600-700L 140750	Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 600-700L 140750				Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 600-700L. Cod 140750 Descriere: Frigider proiectat pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametri/Specificații: Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri; Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparent obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Prine ≥ 2 Lămpi interior obligatorii Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru preclărare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afaj temperatură digital Alarme acustică vibrații Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... -8 °C Omogenitate uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerant fără CFC / HCFC Incubator (termostat) 80 - 100 l Cod 250320 Descriere Incubatoare termosta, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acii nucleici pentru utilizarea în tehnici de secvențiere. Parametri/Specificații: Descriere: Termostați utilizați în laborator Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și 100 l; Domeniul de temperatură, diapazon programabil ≥ (37 - 40 grade) Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt Afaj LCD sau LED Control Microprocesor Ușa dublă obligatorie Ușa internă din oțel inoxidabil Construcția interioară din oțel inox Alarmă vibrații și sonora divergenți față de temperatura setată Alimentare 220 V, 50 Hz		
3310 0000 1	2	Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320	Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320				Higrometru / Psihrometru 15-40C. Cod 200640 Parametri/Specificații: Descriere: Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăperea Rezoluție ± 0,2 C Fixare pe perete obligatorie Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scara de temperatură da (Celsius) Dispozitivul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %		
3310 0000 1	3	Higrometru / Psihrometru 15-40C 200640	Higrometru / Psihrometru 15-40C 200640				Tensiometru semi-automat Adult Cod 260740 Parametri/Specificații: Descriere: Tensiometru electronic destinat măsurării tensiunii arteriale Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompa tip extern din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă sonometrul și manșeta separate nu are din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Erorarea nu mai mare de 3 mm Hg Memoria internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alimentare baterii alcaline, + 220V optional Accesorii manșetă pentru adult - 2 buc.		
3310 0000 1	4	Tensiometru semi-automat Adult 260740	Tensiometru semi-automat Adult 260740				Disolutor cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilată de înaltă calitate, chiar și în condițiile utilizării unei surse de apă de calitate scăzută cu domenii de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametri/Specificații: Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul contactului oțel inox Materialul de contact și elemente de încălzire oțel inox Conductivitate ≤ 2,5 μS/cm Modul de operare continuu Proiectat în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu apă obligatorie Alimentare 380 V, 50 Hz Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, încaș cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, jum. min. 8 buc. Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezerve de granule Filtru de cher min. 4 buc.		
3310 0000 1	5	Disolutor cu mono distilare 25L 270450	Disolutor cu mono distilare 25L 270450				Akctest cu imprimantă portabilă Cod 300700 Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de pacient Parametri/Specificații: Depistare alcool/saturație electrochimică Monitorizarea datelor pe monitor LCD sau afișor LED Unitatea de măsură mg/L Domeniul de măsurare 0 - 2,5 mg/L Pauză de măsurare 0,01 Erorarea admisibilă ≤ 10% Prelevează probă posibilitatea de prelevare a probei cu mișcare și fixă depistare automată la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevare pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000 Alarme acustică, vibrații Pondere dispozitivului ≥ 20g. Afajare recondiție ≤ 30s. Alimentare acumulator intern sau baterii reîncărcabile indicator a stării de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigații deconectare automată în caz de rezultate Incălzitor de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 ... +50°C		
3310 0000 1	6	Akctest cu imprimantă portabilă 300700	Akctest cu imprimantă portabilă 300700				Diatermie cu microonde Cod 400100 Descriere: Aparat electric ce produce unde electromagnetice de înaltă calitate, chiar și în condițiile utilizării unei surse de apă de calitate scăzută cu domenii de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametri/Specificații: Recipient ≥ 50l Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h Materialul contactului oțel inox Materialul de contact și elemente de încălzire oțel inox Conductivitate ≤ 2,5 μS/cm Modul de operare continuu Proiectat în cazul întreruperii accidentale a alimentării cu apă obligatorie Alimentare 380 V, 50 Hz Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, încaș cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, jum. min. 8 buc. Filtru anticalcar cu polifosfați (cu granule) min. 2 rezerve de granule Filtru de cher min. 4 buc.		
3310 0000 1	7	Diatermie cu microonde 400100	Diatermie cu microonde 400100				Diatermie cu microonde 400100 Parametri/Specificații: Modul de operare continuu și pulsant Frecvența de lucru ≥ 2400 MHz Ecran dimensiune ≥ 7 inch color, touchscreen Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 0 - 250W Puterea de vârf ≥ 1500 W CONTROL, AUTOMAT TEMPERATURĂ magnetron cu emisie oprită la supraîncălzire obligatorie Libertate de protocolare interese de tratament obligatorie Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatorie Timpul de tratament diapazon minim 1-30 min Calculul energiei conform parametrilor posibilități obligatorie Alarma finalizare tratament obligatorie Port USB Branșă obligatorie Tensiune 220V, 50 Hz Accesorii Antena radianta circulara diam min 15 cm, min 1 buc. Lampa de test, min. 1 buc.		

[illegible]

[illegible]

Specificații de pres

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP n

Data: „ 2

Alternativa nr.:

[illegible]

Suma total: 41 547,36 MDL (fără TVA) 49 856,83 MDL (cu TVA)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Virtosu Valeria _____ În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul: _____ BTL Medical Technologies _____ Adresa: _____ mun. Chișinău, str. M. Viteazul 4, of.508 _____