

Destinatar:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE  
Gabriela Lisenco, Tel: 068998428, E-mail: gabriela.lisenco@capcs.gov.md  
ocds-b3wdp1-MD-1770979379276 din 03.04.2026

### Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
52	33100000-47	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă 150940	603.05.001	Germania	Isolab	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă 150940 Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga șingele. Parametru Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare obligatoriu	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă 150940 Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga șingele. Parametru Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 300 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - 99 min Incrementarea 1sec/1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare, Pornire/oprire, Capac deschis, Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤65 dB obligatoriu Fereastra, necesară pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare	ISO, CE Marca, DM000206503

### Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	33100000-47	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă 150940	bucată	1	17 995.0000	21 594.0000	17 995.00	21 594.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
<b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b>							<b>17 995.00</b>	<b>21 594.00</b>	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
Cu respect,  
directorul SRL "ECOCIMIE"  
Nicolae Iurcu