

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21071075 din 13.01.2023

Denumirea procedurii de achiziție: *Achiziționarea Reagenților și consumabilelor de laborator pentru anul 2023 (repetat), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
<b>LOTUL 1</b>						
Bilirubina directă pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"	Bilirubina directă	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 20mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml	linearitatea 20mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 ENISO9 : 1994 ambalaj flacon: 125ml	ISO, CE
<b>LOTUL 2</b>						
Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”	Colesterol LDL SL	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml	linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: flacon 112ml	ISO, CE
<b>LOTUL 3</b>						
Lactate metoda enzimatică-colorimetrică, bireangeant pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces Selectra Pro M+calibrator (volumul de lucru 0,3 ml per test)	Lactate metoda enzimatică-colorimetrică	Franta	Elitech /Vital	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml	linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994; CE Marca ambalaj: R1 2x8 ml, R2 1x5 ml	ISO, CE
<b>LOTUL 4</b>						
Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh	Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh	Rusia	ABRIS	ISO; CE Marca	ISO, Conținut kit: reactiv Kato - 1 flacon, plăci de celofan hidrofil - 500 buc	ISO

<b>LOTUL 5</b>						
CRP IP Calibrator, Elitech 5x1 ml	CRP IP Calibrator, Elitech 5x1 ml	Franta	Elitech /Vital	CRP IP Calibrator, Elitech 5x1 ml	CRP IP Calibrator, Elitech 5x1 ml	ISO, CE
<b>LOTUL 6</b>						
CRP IP Control I, Elitech 2x1 ml	CRP IP Control I, Elitech 2x1 ml	Franta	Elitech /Vital	CRP IP Control I, Elitech 2x1 ml	CRP IP Control I, Elitech 2x1 ml	ISO, CE
<b>LOTUL 7</b>						
CRP IP Control II, Elitech 2x1 ml	CRP IP Control II, Elitech 2x1 ml	Franta	Elitech /Vital	CRP IP Control II, Elitech 2x1 ml	CRP IP Control II, Elitech 2x1 ml	ISO, CE
<b>LOTUL 8</b>						
D-Dimer, 96 teste (Elisa)	12025-300A	SUA	Monobind	D-Dimer, 96 teste (Elisa)	D-Dimer, 96 teste (Elisa)	ISO, CE
<b>Lotul 9</b>						
Procalcitonin, 96 teste (Elisa)	9225-300	SUA	Monobind	Procalcitonin, 96 teste (Elisa)	Procalcitonin, 96 teste (Elisa)	ISO, CE
<b>Lotul 10</b>						
Anticorpilor la Epstein Barr Virus EBV/EA IgG	D-2172	Rusia	Vector Best	Anticorpilor la Epstein Barr Virus EBV/EA IgG	Anticorpi la Epstein Barr Virus EBV/EA IgG (EA-IgG), Elisa, 96 teste	ISO, CE
<b>Lotul 11</b>						
Reactia imunoenzimatica la Yersinioze IGM (Elisa)	D-3206	Rusia	Vector Best	Reactia imunoenzimatica la Yersinioze IGM (Elisa)	Reactia imunoenzimatica la Yersinioze IGM (Iersinia IgM), Elisa, 96 teste	ISO, CE
<b>Lotul 12</b>						
Anticorpilor la infectia cu Cytomegalovirus IgM	Anticorpilor la infectia cu Cytomegalovirus IgM	Italia	DIA PRO	Anticorpilor la infectia cu Cytomegalovirus IgM	Cytomegalovirus IgM (CMV IGM) Elisa, 96 teste	ISO, CE
Anticorpilor la infectia cu Cytomegalovirus IgG	Anticorpilor la infectia cu Cytomegalovirus IgG	Italia	DIA PRO	Anticorpilor la infectia cu Cytomegalovirus IgG	Cytomegalovirus IgG (CMV IGG) Elisa, 96 teste	ISO, CE

**Semnata: Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi**

**În calitate de: director**

**Ofertantul: "GBG-MLD" SRL**

**Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2**