

Specificații tehnică							
Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1780642536130							
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale							
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
50400000-9	Mentenanță Sistem p/u radiografie universal,complet digital Brivo DR-F	Dispozitiv radiologic digital model Brivo-DR -F.	China	GE Healthcare	<p>Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 revizie pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate <p>Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat</p> <p>Lucrări efectuate în timpul reviziei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; - revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; - curățarea părților componente ale echipamentului; - curățarea tubului; - verificarea mA și kV; - verificarea timpului de scanare; - performanța imaginii; - auto calibrarea; - lubrifierea suportului principal; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate. 	<p>Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 revizie pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate <p>Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat</p> <p>Lucrări efectuate în timpul reviziei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; - revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; - curățarea părților componente ale echipamentului; - curățarea tubului; - verificarea mA și kV; - verificarea timpului de scanare; - performanța imaginii; - auto calibrarea; - lubrifierea suportului principal; - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - eliminarea jocurilor la părțile mecanice; - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - verificarea tensiunilor de alimentare; - verificarea conexiunilor electrice; - verificarea cablurilor de masă; - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - verificarea funcționării motoarelor; - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - reparația componentelor, la necesitate. Piesele de schimb nu sunt incluse în costul mentenantei preventive si se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. 	n/a

Nota: Piesele de schimb nu sunt incluse în costul mentenantei preventive si se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2