

Specificații tehnice (F4.1)									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]									
LP nr. ocde-33w6p1-ND-1613137152944									
Consumabile parafarmaceutice									
Data: 26.02.2021.									
Lot: _____									
Alternativa nr.: _____									
Pagina: __ din __									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Prod-ctorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8	
3314000-3	1	Glucometre	Glucometru ACCU-CHEK Active	Germania	Roche Diagnostics GmbH	Conspunderea standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013 Codificare automată; Picătura cea mai mică - volumul picăturii de sânge mic; Durata de testare redusă; Calibrare cu valorile din plasma sângelui;	Display: 96 segmente LCD cu simboluri Oprire automată: 30 sau 90 de secunde în funcție de statusul operational Durata de viață a bateriei: Aproximativ 1000 teste pe an Baterie: 1 baterie, de tip CR 2032 Dimensiunea mostrei: 1 - 2 µL Detectare subdozare: Da Principiul de măsurare: Fotometrie Intervalul de măsurare: 0,5 - 33,3 mmol/l Timp de măsurare: Aproximativ 5 sec (aplicarea sângelui pe banda în interiorul glucometrului) Aproximativ 8 sec (aplicarea sângelui pe banda în afara glucometrului)	RDM	
3314000-3	2	Lancete	Lancete p/lu glucometru ACCU-CHEK N25	Germania	Roche Diagnostics GmbH	Set - 25 buc. În cazul în care ofertantul va prezenta oferta pentru alt tip de glucometru decât cel alflat în dotarea instituției, atunci glucometrele vor fi prezente a glucometrelor conform ISO 15197:2013	Lancete p/lu glucometru ACCU-CHEK N25 corespunde standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013	RDM	
3314000-3	3	Stripuri	Stripuri p/lu Glucometru ACCU-CHEK Active N50	Germania	Roche Diagnostics GmbH	Set - 50 buc. În cazul în care ofertantul va prezenta oferta pentru alt tip de glucometru decât cel alflat în dotarea instituției, atunci glucometrele vor fi prezente a glucometrelor conform ISO 15197:2013	Stripuri p/lu Glucometru ACCU-CHEK Active N50 corespunde standardului actual de precizie a glucometrelor conform ISO 15197:2013	RDM	

Semnăt: _____ Nume: _____

Ofertantul: _____ Adresă: _____

În calitate de: Specialist achiziții

