

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754660422338 /21465032 din: 08.08.2025 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Centrifuga citologica	Centrifuga citologica	PrO-Cyt.LED12. With 12 place rotor	Marea Britanie	Centurion Scientific Ltd	Principiul de lucru centrifugal este depunerea celulelor pe o zonă clar definită a unei lame de sticlă și permite absorbția lichidelor reziduale în cardul filtrant al camerei de probă. Capacitatea: Poate procesa silmultan până la 12 probe (clipsuri,blocuri) Viteza de centrifugare: Reglabilă între 200 și 2000, cu posibilități de control al accelerației pentru protejarea probelor fragile. Memoria programabilă ce permite stocarea a până la 20 de rutine pentru acces rapid și protecție în cazul unei întreruperi de current. Rotorul să fie cu capac Sistem de siguranță: Trebuie să include un mecanism de blocare automata a capacului, alarme sonore pentru dezechilibru sau viteză necorespunzătoare și un panou de control ușor de curățat. Centrifuga citologica aplatizează constructiv celulele ca fiecare tip de celulă să aibă sansă de prezentare. Poziția de încărcare sau oprire trebuie să fie specific înclinată pentru a reduce pierderea de celule. Să existe varietate de kituri pentru camere de probe cum ar fi complet de unică folosință sau reutilizabile doar cu filtre de unică folosință. Consumabile: Fixatoare de camere pentru probă din oțel inoxidabil, autoclavabile – 12 buc Kit complet cameră pentru probe, de unică folosință, cu o gaură (de exemplu kit-ul poate fi format din: camera, capac, filtru etc.) – minim 48 buc	Principiul de lucru centrifugal este depunerea celulelor pe o zona clar definită a unei lame de sticlă și permite absorbția lichidelor reziduale în cardul filtrant al camerei de probă. Capacitatea: Poate procesa silmultan până la 12 probe DA, PAG 2 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure Viteza de centrifugare: Reglabilă între 200 și 2000, cu posibilități de control al accelerației pentru protejarea probelor fragile. DA, PAG 5 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure Memoria programabilă ce permite stocarea a până la 99 de rutine pentru acces rapid și protecție în cazul unei întreruperi de current. DA, PAG 4 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure Rotorul să fie cu capac DA, PAG 5 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure Sistem de siguranță: Trebuie să include un mecanism de blocare automata a capacului, alarme sonore pentru dezechilibru sau viteză necorespunzătoare și un panou de control ușor de curățat. DA, PAG 3 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure Centrifuga citologica aplatizează constructiv celulele ca fiecare tip de celulă să aibă sansă de prezentare. DA, PAG 5 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure Poziția de încărcare sau oprire trebuie să fie specific înclinată pentru a reduce pierderea de celule.DA, PAG 5 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure Să existe varietate de kituri pentru camere de probe cum ar fi complet de unică folosință sau reutilizabile doar cu filtre de unică folosință. DA, PAG 5 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure Consumabile: Fixatoare de camere pentru probă din oțel inoxidabil, autoclavabile – 12 buc DA, PAG 6 DIN DATASHEET PrO-Cyt-Brochure	CE, ISO in proces

2	Brancardă pentru pacienți (tip îngustă)	Brancardă pentru pacienți (tip îngustă)	U0039	Turcia	IHC Medikal A.S.	Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților. Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 220 kg Lumgimea ≥ 200 cm Lățimea cu barele laterale ≤ 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete	Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților. DA Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade DA Control manual DA Bare laterale obligatoriu DA Roți Diametru ≥ 15 cm DA Frine ≥ 2 DA Sarcina maximă ≥ 220 kg DA Lumgimea 212 cm Lățimea cu barele laterale 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei DA Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - da, detașabilă DA Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete DA	DM000568654
16	Spirograf	Spirograf	SP100	China	Contec Medical System Co.,Ltd.	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV. Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 500 teste grafice memorate Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfa numeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). DA Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil DA Afisarea si Memorarea automată a celor mai bune rezultate de spirometrie DA Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, DA Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV. DA Printer incorporat DA Memorie 10,000 Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-10$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfa numeric LCD Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 7 inch, Interfața PC obligatori DA Port USB obligatori DA	DM000640446

23	Microscop binocular, de laborator	Microscop binocular, de laborator	B-192PL	Italia	OPTIKA SRL	Corpul dotat cu cap revolver pentru 4 obiective; Cap binocular rotabil 360°cu înclinatie 30°; Ocular cu cimp larg WF 10x/18 mm; Obiective acromatice 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25(ulei); Dispozitiv de transport al preparatului in doua directii pe axa X/Y axa de deplasare 70x30mm; Placa mecanica cu 2 straturi, glisanta 125x115 mm; Focalizare cu control coaxial; ajustare ultrafina macro si micrometrica; Condensor Abbe 1.25 N.A, inaltime ajustabila si diafragma iris; Alimentare 100-240V/50-60Hz. Iluminare X-LED2 cu control al intensitatii luminii;	Corpul dotat cu cap revolver pentru 4 obiective;DA, PAG 1 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Cap binocular rotabil 360°cu înclinatie 30°;DA, PAG 1 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Ocular cu cimp larg WF 10x/18 mm; DA, PAG 1 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Obiective acromatice 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25(ulei); N-PLAN = acromatic + corecție pentru câmp plat PAG 1 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Dispozitiv de transport al preparatului in doua directii pe axa X/Y axa de deplasare 70x30mm;DA, PAG 1 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Placa mecanica cu 2 straturi, glisanta 125x115 mm; DA, PAG 1 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Focalizare cu control coaxial; ajustare ultrafina macro si micrometrica; DA, PAG 2 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Condensor Abbe 1.25 N.A, inaltime ajustabila si diafragma iris; DA, PAG 2 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Alimentare 100-240V/50-60Hz. DA, PAG 2 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN Iluminare X-LED2 cu control al intensitatii luminii; DA, PAG 2 DIN OPTIKA_B-192PL_Technical_Datasheet_EN	CE, ISO in proces
----	-----------------------------------	-----------------------------------	---------	--------	------------	---	---	-------------------

Semnata:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv