

<b>Anexa 22. Specificații tehnice</b>			
		<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>	
<b>Numărul licitației:</b>	LP nr. <u><b>ocds-b3wdp1-MD-1775820828521</b></u>	<b>Data: 12 mai 2026</b>	Alternativa nr.:
<b>Denumirea licitației:</b>	În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027 (reofertare 10) pentru anul 2026		Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2	3	4	5	6	7	8		

3310 0000- 1	16	Lot nr. 16 Lot nr. 298 Dispozitiv pentru electrotera pie 400140	Lot nr. 16 Lot nr. 298 Dispozitiv pentru electroterap ie 400140	Therapic 9400	Italia	EME Srl	<p>Electroterapie Cod 400140 Descriere Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform.</p> <p>Parametru Specificație: Ecran dimensiune <math>\geq 5</math> inch, color, touch-screen Canale independente <math>\geq 3</math> buc. Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent <math>\geq 120</math>mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament <math>\geq 200</math> protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator <math>\geq 100</math> programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Cabluri bipolare 4 buc., să se indice codul produsului Electrod electroterapie 4 buc., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Electroterapie, Parametru Specificație: Ecran dimensiune <math>\geq 5</math> inch, color, touch-screen – DA (5,7 inch, pag 28 din User manual) Canale independente <math>\geq 4</math> buc. (pag 28 din User manual) Tipuri de curenti galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, TENS, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert – DA (pag 35-38 din User manual) Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu - DA Semnal stimulare CC si CV - DA Intensitate maxima curent <math>\geq 100</math>mA (pag 28 din User manual) Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min – DA (pag 28 din User manual) Alarma finalizare tratament obligatoriu – DA (pag 14 din User manual) Librarie de protocoale interne de tratament <math>\geq 200</math> protocoale – DA (pag 28 din User manual) Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator <math>\geq 100</math> programe – DA (pag 28 din User manual) Tensiune 220V, 50 HZ – DA (pag 28 din User manual) Accesorii Cabluri bipolare - 4 buc. (pag 10 din User manual), cod CH1-2/ CH3-4 Electrod electroterapie - 4 buc. cod CH1-2/ CH3-4 Troleu dispozitiv - 1 buc., cod ACSL007</p>	<p><b>ISO 13485</b></p> <p>Statut inregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p> <p><b>Nr. inregistrare:</b> DM000661276</p> <p><b>Ordin de inregistrare:</b> Rg04-000282</p> <p>Din 08-12-2023</p>
--------------------	----	--	--	------------------	--------	------------	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ **Armasu Sergiu** În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SATOS Solutions SRL**, Adresa: mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 55/6, of.16