

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul Oncologic
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1638865969407
Obiectul achiziției	Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
2	Tub endotraheal Nr. 6,0	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0	CE, ISO
3	Tub endotraheal Nr. 6,5	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5	CE, ISO
4	Tub endotraheal Nr. 7.0	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0	CE, ISO
5	Tub endotraheal Nr. 7,5	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5	CE, ISO
6	Tub endotraheal Nr. 8,0	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0	CE, ISO
7	Tub endotraheal Nr. 8,5	SP05	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,5	Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,5	CE, ISO
38	Emplastru hipoalergic 10cm pe 10 m	SD09	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim: 10cmx10m/1szt./pc.	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim: 10cmx10m/1szt./pc.	CE, ISO
77	Bisturiu steril unica folosinta	SQ03	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Dimensiunea lamei N22	Dimensiunea lamei N22	CE, ISO
89	Scutece p-u maturi L	"Zollina L" brand privat, produs după cerințele noastre	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticaret AS	unica folosință, marimea L	unica folosință, marimea L	CE, ISO
90	Scutece p-u maturi M	"Zollina L" brand privat, produs după cerințele noastre	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticaret AS	unica folosință, marimea M	unica folosință, marimea M	CE, ISO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Institutul Oncologic
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1638865969407
Obiectul achiziției	Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
99	Respirator, tip de protecție N95 sau mai mare	SJ12-A	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de protecție mai mare, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură (de exemplu, nas de față, cu cupă (Eng-duckkill, cupshaped)	Respirator KN95, echivalent la N95, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură (de exemplu, nas de față, cu cupă (Eng-duckkill, cupshaped)	CE, ISO

Numele, Prenumele

Vlad Chitic

Reprezentantul solicitantului

Jora Vitalie

În calitate de

Director executiv

Telefonul solicitantului

+37322852670

E-mailul solicitantului

vitaliejora@mail.ru

Ofertantul

"Lismedfarm" SRL

Adresa

sos. Muncesti 167/B, Chișinău

Semnatura

Contact

022-56-94-91, 022-55-64-38

(electronica) ofertantului