

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziția echipamentelor medicale și accesoriilor compatibile cu cabinetul de IRM 3 Tesla (Vantage Galan 3T, Canon) și Troliu de urgență cu dispozitive de resuscitare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 (repetat).  
prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md); [www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:  
Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1	Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla	Bucata	1	<p><b>Mașină de anestezie compatibilă cu IRM 3Tesla</b>  <i>Descriere:</i> Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul investigațiilor în imagistica prin rezonanța magnetică.  <b>Specificația:</b> <i>Toate componentele mașinei de anestezie și a sistemului de ventilare, și toate accesoriile trebuie să fie compatibile cu IRM 3T.</i>  Display color  Prize de gaz O2, Aer  Debitmetre gaz O2, Aer  Vaporizatoare instalate 2 unități – Izofluran, Sevofluran  Mașina trebuie să fie compatibilă cu IRM 3T, cu posibilitatea de a fi utilizată în zona mesei pacientului - da  Liniile câmpului magnetic <math>\geq 400</math> Gauss  Alarmer vizuale și sonore – da  <b>Ventilator automat:</b>  Tip pacient adult, pediatric, neonatal.  Moduri de ventilație - minim 5 moduri prestabilite și manual/spontan  Parametrii minim monitorizați: volumul Tidal, Volum minutar (MV), raportul I:E, PEEP, frecvența respirației, limita de presiune cmH2O  Sistem de autodiagnostic - testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor  Sistem de evacuare a gazelor anestezice – da  <b>Alți parametri</b>  Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz  Prize auxiliare 220V <math>\geq 2</math> buc  Baterie internă reîncărcabilă  autonomie de lucru <math>\geq 1</math>h  Sertar pentru depozitare <math>\geq 2</math> buc  Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar  <b>Accesorii</b>  Balon oxigen preinstalat (de obicei în spatele dispozitivului ) – 1 buc  Balon aer preinstalat (de obicei în spatele dispozitivului ) – 1 buc  Adaptoare și accesorii suplimentare pentru umplerea ulterioară a baloanelor – 2 seturi  Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de aer comprimat - 1 buc.</p>	1 230 000

				<p>Furtunul cu conector (DIN) de conectare la sursa de oxigen - 1 buc.  Furtun pentru sistemul de evacuare gaze – 1 buc  Circuit de ventilare adult, reutilizabil 3 set.  Circuit de ventilare pediatric/neonatal, reutilizabil 2 set.  Plămîn de test, reutilizabil 1 buc.  Senzor de flux, reutilizabil 1 buc.  Filtru antibacterial Adult, unică utilizare 50 buc.  <b>Documente confirmative:</b>  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)  Manual de utilizator în limba română și engleză  Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p>	
2	Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla	Bucata	1	<p><b>Monitor de pacient compatibil cu IRM 3Tesla</b>  Descriere: Monitor de pacient specific pentru monitorizarea funcțiilor vitale în timpul examinărilor cu Imagistică prin Rezonanța Magnetică.  Atenție! <i>Toate componentele monitorului cât și accesoriile, consumabilele trebuie să fie compatibile cu IRM 3T.</i>  Parametrii monitorizați cu posibilitate de afișare pe ecran:  ECG cu detecția aritmiei; SpO<sub>2</sub>; NIBP; Gaze anestezice (SEV,ISO); CO<sub>2</sub>; Frecvența respiratorie; O<sub>2</sub>; IBP (1 canal); Temperatura (1 canal);  Se acceptă posibilitatea parametrilor monitorizați să fie mășurați prin tehnologie wireless.  Monitorizare agent (isofluran, sevofluran), auto indentificarea gazelor anestezice, determinarea și afișarea valorii MAC.  Alarmer vizuale și sonore  Baterie reîncărcabilă cu autonomie minim 3 ore  Suport mobil pe roți pentru fixare monitor  <b>Accesorii:</b>  Cablu ECG cu 3 electrozi - 2 buc.( sau 1 buc în cazul unui modul/senzor de măsurare ECG wireless)  Electrozi ECG adult, unică utilizare - 200 buc.  Electrozi ECG pediatric, unică utilizare - 50 buc.  Senzor SpO<sub>2</sub> adult, reutilizabil tip cleste - 2 buc.  Senzor SpO<sub>2</sub> pediatric, reutilizabil tip cleste 2 buc.  !Pentru senzorii SpO<sub>2</sub> se acceptă un modul/senzor wireless cu adapter deget adult 2 bucăți și respectiv pediatric 2 bucăți.</p>	1 230 000

				<p>Senzor Temperatură, reutilizabil -1 buc.  Manjete NIBP pediatrice, adult mediu, adult, adult mare, reutilizabile (1set/4buc) - 2 set.  Consumabile pentru modulul de gaze – minim 20 seturi.  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)  Manual de utilizator în limba română și engleză  Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p>	
3	Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla	Bucata	1	<p><b>Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla</b>  Descriere:  Spătar reglabil  Suport IV cu puncte de fixare standart  <b>Sarcina maximă ≥ 160 kg</b>  Frână la toate 4 roți  Mânere pentru transportarea brancardei  Bare laterale pliabile  Reglarea înălțimii până la minim 800 mm  Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete  Spătar reglabil  Saltea, rezistentă la prelucrare și apă  Documente confirmative:  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)  Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	350 000
4	Sistem Du-O-Vac cu regulator O2 și aspirator flowmetru compatibile cu IRM 3Tesla	bucata	1	<p><b>Sistem portabil Du-O-Vac cu regulator O2 și sistem de aspirație compatibile cu IRM 3T</b>  Modulul principal du-o-vac  Flowmetru O2, 0-15 litri per minut.  Canistra de colectare cu gradare de minim 500 ml, cu port de aspirare ( 2 buc reutilizabile, sau 40 de unică folosință).  Butelie O2 cu regulator de oxigen (reductor de presiune minim 3,4 Pa).  Suport mobil pe roți pentru fixarea sistemului.  Accesorii: Mască laringiană (50 buc), filtre (50 buc)</p>	260000

				<p><u>Notă.</u> Se acceptă varianta delimitată de exemplu un crash cart portabil compus din: Un sistem cu butelie, regulator și flowmetru O2 și în mod separat un aspirator urgențe cu accesorii, la fel toate componentele non-feromagnetice și compatibile IRM 3T.</p> <p>Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p>	
5	Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla	bucata	1	<p><b>Set Laringoscop compatibil cu IRM 3Tesla</b></p> <p>Lamele laringoscop: Iluminare prin fibră optică <b>Lame tip Miller și/sau Macintosh – mărimea 00; 0; 1; 2; 3; 3.5 sau 4;</b> Mâner laringoscop cu baterii (2 seturi de baterii compatibile IRM) Trusă de păstrare/depozitare a setului. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză</p>	30000
6	Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla	Bucata	3	<p><b>Căști de protecție pentru urechi, adult, compatibile IRM 3Tesla</b></p> <p>Proiectate cu tehnologie avansată de reducere a zgomotului, reducând zgomotul puternic produs de aparatele RM, făcând experiența mai confortabilă pentru pacienți și furnizorii de servicii medicale. Tip reutilizabile Atenuare zgomot minim 25 dB</p>	10000
7	Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla	Bucata	1	<p><b>Stetoscop cu un singur cap din aluminiu neferos compatibil IRM 3Tesla</b></p> <p>Doua perechi de varfuri pentru urechi și o diafragmă incluse suplimentar.</p>	8000
8	Trolie de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla	Bucata	1	<p><b>Trolie de urgență nemetalic compatibil IRM 3Tesla</b></p> <p>Toate părțile componente ale troliei să fie non-ferromagnetice. Material nemetalic Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici</p>	60 000

				<p>Spațiu de amplasare a defibrilatorului  Stativ pentru perfuzii  Masa suplimentară laterală  Coș lateral pentru accesorii  Coș lateral pentru deșeuri  Număr de sertare minim 3  Primul sertar plat  Sertare de diferite adâncimi  Sertar cu divizare pentru medicamente minim 6 divizări  Număr de roți minim 4  Roți cu frână minim 2  Suport pentru butelie de oxigen (cu volum minim 5 litri) în spate.  Documente confirmative:  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)</p>	
9	Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal compatibile IRM 3Tesla	bucata	1	<p><b>Set baloane resuscitare AMBU adulți, copii, neonatal (câte o unitate de fiecare) compatibile IRM 3T</b></p> <p>Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat.  Material silicon  Volum aproximativ: adult 1600ml; copii 550ml; neonatal 280ml;  Integral reutilizabil da, autoclavabil  Masca si valvele minim 20 sterilizări  Valve, Intubare, Rezervor oxigen, Mască facială - da  <b>Marime mască: adult 4 sau 5; copii 2 sau 3; neonatal 1 sau 2;</b>  Articulație mobilă  Colector  Risc de contaminare scăzut  Geantă de transport</p>	17000
10	Masa pentru manipulare compatibil IRM 3Tesla	bucata	1	<p><b>Masa p/u manipulare compatibil IRM 3T</b>  Masa manipulare non-ferromagnetică - stand al asistentei medicale  Dimensiuni minime:  <b>Lungime 650±50 mm</b>  <b>Latime 530±50 mm</b></p>	15000

				<p><b>Inaltime 900±50 mm</b>  Cu doua rafturi și sertar  Documente confirmative:  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)</p>	
11	Set protecția nou-născutului de zgomote IRM	set	1	<p><b>Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T</b>  Utilizate la nou-născuți pentru protecția urechilor de zgomote în timpul scanării IRM, fabricate din materiale non-ferromagnetic. Minim 6 perechi în boxa  <i>Referință: Neonatal Noise Guards</i>  Documente confirmative:  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)  Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	20000
12	Set de protecție pentru ochi cu clape	set	2	<p><b>Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T</b>  Utilizate pentru a proteja ochii pacienților în timpul scanării IRM. Boxa de minim 50 perechi  <i>Referință: Eye Shields with Tabs</i>  Documente confirmative:  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)  Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	27000
13	Set Imobilizator pediatric pentru scanare IRM	set	1	<p><b>Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T</b>  Imobilizator pentru poziționează sugarilor și copiilor mici rapid și corect, reducând necesitatea expunerilor repetate. Lungimea minima 70 cm  <i>Analog- Hugger Complete Unit, pediatric immobilizer</i>  Documente confirmative:  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)  Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	49000
14	Set Imobilizator nou nascuti pentru scanare cap IRM	set	1	<p><b>Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T</b>  Utilizat pentru poziționare pediatrică în timpul scanării IRM prin fixasarea completă a corpului nou-născutului.  <i>Analog BabyFix Cocoon for MRI Head Scans</i>  Documente confirmative:</p>	79000

				Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.	
15	Set de pături termice pediatrice pentru scanare IRM	set	1	<b>Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T</b> Pături utilizate pentru menținerea temperaturii corpului în timpul scanării IRM. Setul să conțină cel puțin 3 marimi (mic, mediu, mare). <i>Analog MRI Conrad Pediatric Thermal Blanket</i> Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.	16000
16	Dispenser cu dopuri pentru urechi non-magnetice	set	1	<b>Accesorii pentru intervenții sugari și copii, compatibile IRM 3T</b> Minim 250 bucați. Dopurile sunt predestinate pentru a proteja urechile pacienților de zgomotul puternic generat de IRM în timpul scanării. <i>Analog Non Magnetic Earplug Dispenser</i> Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză.	9000
17	Detector de metale compatibil IRM 3Tesla	bucată	1	<b>Detector de metale compatibil IRM 3Tesla</b> Ușor de utilizat – prin simpla apăsare a comutatorului ON pentru a detecta toate obiectele metalice periculoase. Alertă vizuală și audio. Sensibilitate reglabilă pentru zonele cu interferențe, suprafață mare de scanare, avertizare de baterie scăzută și prindere confortabilă. <i>Cerințe:</i> Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)	8000

				Manual de utilizator în limba română și engleză	
18	Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla	Bucata	1	<p><b>Stingator de foc compatibil IRM 3Tesla</b>  Stingator de foc cu dioxid de carbon testat RM  Potrivit pentru focurile din clasa B și C  Greutatea maximă 7 kg  Este necesar adaptor de umplere (necompatibil RM) – 1 buc  <i>Cerințe:</i>  Anul producerii minim 2023.  Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.  Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu  Documente confirmative:  Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)  Manual de utilizator în limba română și engleză.</p>	12000
19	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) cu stand	Bucata	1	<p>Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)  Cod 130440  Descriere Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate  Parametrul Specificația  Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic;  2-20 pediatric/nou-născut"  Controlul padelelor Setarea energiei da  Încărcare da  Descărcarea energiei da  Forma de undă la ieșire bifazică  Sincronizator da  Regim de operare Defibrilare manuală da  Defibrilare Automată ( AED) da  Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) da  Cardiostimulare externă (pacemaker) da  Display Mărimea display ≥ 6 inch  TFT LCD color, LED da  Rezoluția 640 x 480 pix.  Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III  Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da</p>	110000

				<p>Afișarea ritmului cardiac da</p> <p>Alarmer ale ritmului cardiac da</p> <p>Frecvența de lucru 0.05-100 Hz</p> <p>Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi da</p> <p>Diapazon 30 - 300 BPM</p> <p>Acuratețea ± 1 BPM</p> <p>Depistare pacemaker da</p> <p><b>Protecție împotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J (5000V)</b></p> <p>Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT</p> <p>Cardiostimulare externă (Pacemaker) Pacemaker da</p> <p>Modul de stimulare cu rată fixă da</p> <p>Modul de stimulare deamand da</p> <p>Rata de stimulare 30-200 bpm, ± 1bpm</p> <p>Curentul de ieșire 0 - 200 mA</p> <p>Lățimea pulsului 5 - 40 msec.</p> <p>Rezoluția, curent de ieșire 1 mA</p> <p>Durată puls &gt;20 ms</p> <p>Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 12.5, 25, 50 mm/sec</p> <p>Imprimantă termică încorporată da</p> <p>Printare auto sau manuală</p> <p>Adnotări ora da</p> <p>data da</p> <p>derivația da</p> <p>ritmul cardiac da</p> <p>modul de operare da</p> <p>forma undei descărcate da</p> <p>Funcția sumară da</p> <p>Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da</p> <p>Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj</p> <p>Capacitatea de stocare ≥ 3 ore</p> <p>"Soft specializat pentru PC" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea inregistrărilor ECG, șoc, audio.</p> <p>Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC da</p> <p>Modul SpO2 Modul SpO2 da</p> <p>Rata SpO2 1 - 100%</p> <p>Precizia 70 - 100%, ± 2%</p> <p>Rata pulsului 30-300 bpm</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Mesaje de alarmă da</p> <p>Modul NIBP Modul NIBP da</p> <p>Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut da</p> <p>Acuratețea NIBP <math>\pm 3</math> mmHg</p> <p>Limita maximă a tensiunii arteriale 300 mmHg</p> <p>Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.</p> <p>Mesaje de alarmă da</p> <p>Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da</p> <p>Baterie internă reîncărcabilă da</p> <p>timp de lucru baterie <math>\geq 3</math> ore ECG continuu sau 200 descărcări</p> <p>Greutatea <math>&lt; 8</math> kg</p> <p>Accesorii</p> <p>Padele Adult, reutilizabile 1 set.</p> <p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatriche)" 1 set.</p> <p>Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.</p> <p>Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.</p> <p>Electrozi pacemaker Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.</p> <p>Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc.</p> <p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.</p> <p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.</p> <p>Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc.</p> <p>Pediatric, reutilizabil 1 buc.</p> <p>Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2 buc.</p> <p>Pediatric, reutilizabil 2 buc.</p> <p>Hîrtie termică 5 buc.</p> <p>Gel de contact 250 ml</p> <p>Stand pe roțile stand pe roțile da, (indicati modelul)</p> <p><math>\geq 4</math> roți da</p> <p><math>\geq 2</math> roți cu frînă da</p> <p>mîner pentru transportarea standului da</p>	
--	--	--	--	--

				<p>coș pentru accesorii da  suport pentru gel de contact da  sistem de fixare dispozitivului de suport da  <i>Cerințe:</i>  Anul producerii minim 2023.  Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.  Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu  Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.  Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore.  Documente confirmative:  Manual de utilizator în limba română și engleză  Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p>	
20	Troliu de Urgență	bucata	30	<p>Troliu de urgență mobil utilizat pentru stocarea medicamentelor de urgență și dispozitivelor de resuscitare.  Caracteristici generale troleu:  Material carcasa Oțel inoxidabil sau metal vopsit  Suprafața de lucru a a troleului Monolit  Suprafața rezistentă la dezinfectanți chimici Da  Spațiu de amplasare a defibrilatorului, cu posibilitatea de fixare a defibrilatorului (de ex: curele cu sistem de prindere velcro (arici)) Da  Stativ pentru perfuzii Da  Masa suplimentară laterală Da  Coș lateral pentru accesorii Da  Coș lateral pentru deșeuri Da  Număr de sertare Minim 3  Primul sertar plat Da  Sertare de diferite adâncimi Da  Sertar cu divizare pentru medicamente Minim 6 divizări  Număr de roți Minim 4  Roți cu frână Minim 2  Suport pentru butelie de oxigen (cu volum minim 5 litri ) în spate Da</p>	600 000
21	Defibrilator extern, automat, manual,	bucata	20	<p>Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)  Descriere Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate</p>	1 800 000

	<p>cardiostimulare externă (caracteristici avansate) fără stand</p>		<p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p> <p>Controlul padelelor Setarea energiei da</p> <p>Încărcare da</p> <p>Descărcarea energiei da</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazică</p> <p>Sincronizator da</p> <p>Regim de operare Defibrilare manuală da</p> <p>Defibrilare Automată ( AED) da</p> <p>Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) da</p> <p>Cardiostimulare externă (pacemaker) da</p> <p>Display Mărimea display <math>\geq 6</math> inch</p> <p>TFT LCD color, LED da</p> <p>Rezoluția 640 x 480 pix.</p> <p>Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III</p> <p>Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da</p> <p>Afișarea ritmului cardiac da</p> <p>Alarmer ale ritmului cardiac da</p> <p>Frecvența de lucru 0.05-100 Hz</p> <p>Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi da</p> <p>Diapazon 30 - 300 BPM</p> <p>Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM</p> <p>Depistare pacemaker da</p> <p><b>Protecție împotriva șocurilor de defibrilare <math>\geq 360</math> J (5000V)</b></p> <p>Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT</p> <p>Cardiostimulare externă (Pacemaker) Pacemaker da</p> <p>Modul de stimulare cu rată fixă da</p> <p>Modul de stimulare deamand da</p> <p>Rata de stimulare 30-200 bpm, <math>\pm 1</math>bpm</p> <p>Curentul de ieșire 0 - 200 mA</p> <p>Lățimea pulsului 5 - 40 msec.</p> <p>Rezoluția, curent de ieșire 1 mA</p> <p>Durată puls <math>&gt;20</math> ms</p> <p>Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 12.5, 25, 50 mm/sec</p> <p>Imprimantă termică încorporată da</p> <p>Printare auto sau manuală</p>	
--	---	--	--	--

				<p>Adnotări ora da  data da  derivația da  ritmul cardiac da  modul de operare da  forma undei descărcate da  Funcția sumară da  Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da  Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj  Capacitatea de stocare <math>\geq 3</math> ore  "Soft specializat  pentru PC" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea inregistrărilor ECG, șoc, audio.  Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC da  Modul SpO2 Modul SpO2 da  Rata SpO2 1 - 100%  Precizia 70 - 100%, <math>\pm 2\%</math>  Rata pulsului 30-300 bpm  Mesaje de alarmă da  Modul NIBP Modul NIBP da  Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut da  Acuratețea NIBP <math>\pm 3</math> mmHg  Limita maximă a tensiunii arteriale 300 mmHg  Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.  Mesaje de alarmă da  Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da  Baterie internă reîncărcabilă da  timp de lucru baterie <math>\geq 3</math> ore ECG continuu sau 200 descărcări  Greutatea <math>&lt; 8</math> kg  Accesorii  Padele Adult, reutilizabile 1 set.  "Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare  pediatrice)" 1 set.  Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de  valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.  Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul  livrării 1 set.  Electrozi pacemaker Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>livrării 1 set.  Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set.  Cablul ECG reutilizabil 3 fire 1 buc.  Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.  Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc.  Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc.  Pediatic, reutilizabil 1 buc.  Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2 buc.  Pediatic, reutilizabil 2 buc.  Hîrtie termică 5 buc.  Gel de contact 250 ml</p> <p><i>Cerințe:</i>  Anul producerii minim 2023.  Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.  Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu  Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.  Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore.  Documente confirmative:  Manual de utilizator în limba română și engleză  Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p>	
22	<b>Butelie oxigen 5L</b>	bucata	20	<p><b>Butelie oxigen 5L</b>  Descriere: Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.  Parametru      Specificatie  Tip      portabil  Volum ≥ 5 l  Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat"  Manometru de control pe reductor  Reductor presiune 0-15 l/min  Presiune de încărcare ≥ 200 atm  Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc.  Mască facială ≥ 2 buc.  Canulă nazală ≥ 2 buc.</p>	170 000

				Să fie fixat/preinstalat pe troliu de resuscitare.	
23	<b>Balon resuscitare AMBU adulți</b>	Bucata	20	<p><b>Balon resuscitare AMBU adulți</b>  Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat.  Parametru Specificație  Material silicon  Volum, ml ~1600  Integral reutilizabil da, autoclavabil  Masca si valvele minim 20 sterilizări  Valve da  Intubare da  Rezervor oxigen da  Mască facială da  Marime mască 4 sau 5  Articulație mobilă da  Colector da  Risc de contaminare scăzut  Masca laringiana de unica folosinta AMBU nr. 5 – 2 buc  Masca laringiana de unica folosinta AMBU nr. 4 – 2 buc  Masca laringiana de unica folosinta AMBU nr. 3 - 1 buc</p>	30000
24	<b>Laringoscop adult standard</b>	Bucata	20	<p><b>Laringoscop adult standard</b>  Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc.  Parametru Specificație  Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da  tip pacient adult  tip iluminare bec  Lamele reutilizabile tip: McIntosh da  mărimea 1 da  mărimea 2 da  mărimea 3 da  mărimea 3.5 sau 4 da  autoclavabile la 134°C, 5min. da  Mîner laringoscop fabricat din metal cromat da</p>	100 000

				<p>fixarea rapidă a lamelelor da</p> <p>diametru mâner standart: 28mm, ±2mm da</p> <p>acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore da</p> <p>Bec: intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux da</p> <p>≥ 2.5V da</p> <p>lumină albă da</p> <p>Accesorii:</p> <p>Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile "de la priza de perete 220V, 50Hz</p> <p>Bec de rezervă 3 buc. da</p> <p>"Acumulator reîncărcabil" 1 buc.da</p> <p>Trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelelor solicitate</p>	
--	--	--	--	--	--

**Valoarea estimată totală fără tva 6 240 000**

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare/ instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</b> <b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;	DA

		<p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</b></p>	DA

6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b></i>	DA
---	--	--	----

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE**

**Cerinte de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA

		Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform	DA

		programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: <b>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b> Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;	DA

	<p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:  Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b>  Codul fiscal: <b>1016601000212</b>  IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA  cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”  <u><b>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</b></u></p>	
--	---	--

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: bap nr. 7 din 26.01.2024  
[https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap\\_nr\\_7\\_1.pdf](https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7_1.pdf)
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 15.07.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică   | Se va utiliza                |
| Plățile electronice  | Se va utiliza                |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_  
(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**