

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1653565745673 / 21057193 din: conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: **Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022 -REPETAT**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
2.Servicii de mentenanță Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss"	OPMI PENTERO 800	Germania	Carl Zeiss	2.Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss" Lucrări de deservire conform manualului tehnic: —Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânăre și sistem de cuplare XY; —Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; —Test funcțional al standului coloană; —Inspecție vizuală și funcțională a roților; —Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; —Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; —Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; —Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery;	2.Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss" Lucrări de deservire conform manualului tehnic: —Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânăre și sistem de cuplare XY; —Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; —Test funcțional al standului coloană; —Inspecție vizuală și funcțională a roților; —Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; —Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; —Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc;	

				<p>Fiecare 2 ani: —Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice;</p> <p><i>Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune.</i></p>	<p>—Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior; Fiecare 2 ani: —Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice;</p> <p><i>Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune.</i></p>	
3.Servicii de mentenanță Microscop microchirurgical "OPMI VARIO 700, Carl Zeiss"	OPMI VARIO 700	Germania	Carl Zeiss	<p>3.Microscop microchirurgical OPMI VARIO 700, Carl Zeiss. Lucrări de deservire conform manualului tehnic: —Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânăre și sistem de cuplare XY; —Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; —Test funcțional al standului coloană; —Inspecție vizuală și funcțională a rotilelor; —Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; —Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; —Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; —Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery; Fiecare 2 ani: —Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice;</p> <p><i>Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune.</i></p>	<p>3.Microscop microchirurgical OPMI VARIO 700, Carl Zeis. Lucrări de deservire conform manualului tehnic: —Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânăre și sistem de cuplare XY; —Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; —Test funcțional al standului coloană; —Inspecție vizuală și funcțională a rotilelor; —Test funcțional al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; —Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; —Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; —Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior; Fiecare 2 ani: —Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice;</p> <p><i>Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tuturor parametrilor. Reînnoire software la cea mai actuală versiune.</i></p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Denolga Medical SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1653565745673
din "26" mai 2022

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1653565745673 / 21057193 din: conform SIARSAP Mtender
	Obiectul de achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022 - REPETAT

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar per trimestru (fără TVA)	Preț unitar per trimestru (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50421000-2	Bunuri/servicii								
	2.Servicii de mentenanță Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss"	buc	1	49 500,00	59 400,00	49 500,00	59 400,00	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
	3.Servicii de mentenanță Microscop microchirurgical "OPMI VARIO 700, Carl Zeiss"	buc	1	40 128,00	48 153,60	40 128,00	48 153,60	Conform Anunțului de participare atasat în SIARSAP Mtender	MD87TRPCCC51843 0A00172AA
	TOTAL					89 628,00	107 553,60		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Denolga Medical SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**