

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1722412794153 din 06.09.2024										
Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Imunologice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025										
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2		3		4	5	6		7	8
33600000-6	4,49	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG	EI-606	Ucraina	EKVITESTLA B LLC	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, cu sau fără calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, controlul "+"și "-", fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000424909	
33600000-6	4,50	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	EI-601	Ucraina	EKVITESTLA B LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-", cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, controlul "+"și "-", fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000424908	
33600000-6	4,51	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis	EI-603	Ucraina	EKVITESTLA B LLC	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*. În afară de controlul "+"și "-", cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*. În afară de controlul "+"și "-", fără calibratori. Metoda de determinare ELISA. Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000424912	
33600000-6	4,52	Anti HAV IgM	Anti HAV IgM	EI-031	Ucraina	EKVITESTLA B LLC	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, controlul "+"și "-", fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000424919	
33600000-6	4,54	Anti HCV sumar	Anti HCV sumar	071067	Italia	ADALTIS	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000674876	
33600000-6	4,61	Anti HSV (tip I,II) IgG	Anti HSV (tip I,II) IgG	K104	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651048	

33600000-6	4,68	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike)	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike)	EL040-96	Polonia	VITROTEST EUROPE SP.Z O.O.	Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000358186
33600000-6	4,69	Anti SARS-CoV-2 IgM	Anti SARS-CoV-2 IgM	EL034-96	Polonia	VITROTEST EUROPE SP.Z O.O.	Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000358184
33600000-6	4,79	Anti-Trichinella IgG	Anti-Trichinella IgG	EI-605	Ucraina	EKVITESTLAB LLC	Anti-Trichinella IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control -, diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent	Cerințe generale*, controlul “+”și “-”, fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000424918
33600000-6	4,85	CA 724 cu calibratori	CA 724 cu calibratori	K244	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-”, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651091
33600000-6	4,86	CA-242	CA-242	K243	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-”, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651095
33600000-6	4,90	C-peptid	C-peptid	K267C	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-”, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651099
33600000-6	4,92	Cyfra 21-1 cu calibratori	Cyfra 21-1 cu calibratori	K236	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-”, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651091

33600000-6	4,100	Hemocult-test (IFOBT)	Hemocult-test (IFOBT)	GEFOB-602b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare	Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,6% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000450628
33600000-6	4,103	Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA	Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA	K275	Federația Rusă	XEMA CO., LTD	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000376855
33600000-6	4,104	Imunoglobulina E totală cu calibratori	Imunoglobulina E totală cu calibratori	K200	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control	Cerințe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste , în set inclusecalibratori și material de control. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651065
33600000-6	4,105	Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,	Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,	K271	Federația Rusă	XEMA CO., LTD	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000376852
33600000-6	4,106	Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA	Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA	K277	Federația Rusă	XEMA CO., LTD	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fix	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fix. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000376856

33600000-6	4,123	RPR-latex test	RPR-latex test	8.00.18.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set = 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea = 100.0% Specificitatea = 100.0%. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000376818
33600000-6	4,124	SLE - LATEX	SLE - LATEX	8.00.11.0.0050	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P	Flacoane de 2 ml, conține control N+P. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000358140
33600000-6	4,126	T 3 cu calibratori	T 3 cu calibratori	K211	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, controlul “+”și “-”, calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 96 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651076
33600000-6	4,127	T 4 cu calibratori	T 4 cu calibratori	K212	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, controlul “+”și “-”, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651077
33600000-6	4,130	Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag	Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag	GCMAL(pf/pv)-402a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în singele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare	Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în singele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000557788

33600000-6	4,131	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	GCHP-602a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare.	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate = 98.8%, și specificitatea = 100%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație. Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000450668
33600000-6	4,135	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	K213	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, controlul "+"și "-", calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651078
33600000-6	4,136	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	K214	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, controlul "+"și "-", calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651079

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9