

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1748328004872 din 09.06.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea reagenților, testelor de laborator pentru realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2025 (repetat 4)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană	Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor Resist-5 OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP din cultura bacteriană	K-15R11	Belgia	CORIS BIOCONCEPT	Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN3 (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste	Bucată = Set cu 2 casete cu flux lateral pentru identificarea OXA-48, KPC, NDM și VIM, IMP și soluție tampon LY-D (soluție de Tris-EDTA care conține NaN3 (<0,1%) + detergent), 7.0 ml pentru 20 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - DM000331624
33100000-1	4	Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană	Test rapid imunocromatografic de detecție carbapenemaze OXA-23 din cultura bacteriană	K-15R7	Belgia	CORIS BIOCONCEPT	Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN3 (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste	Bucată = Set cu o casetă cu flux lateral pentru identificarea OXA-23 carbapenemază în cultura bacteriană și soluție tampon LY-A (soluție salină tamponată la pH 7,5 care conține TRIS, NaN3 (<0,1%) + detergent), 15.0 ml pentru 20 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - DM000232866
33100000-1	5	Haemophilus influenzae	Haemophilus influenzae	MM81-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.Haemophilus influenzaesau echivalentul ATCC 49247	Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu 10 buc.Haemophilus influenzaesau echivalentul ATCC 49247. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale- DM000654134
33100000-1	6	Haemophilus influenzae	Haemophilus influenzae	MM37-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc. Haemophilus influenzae sau echivalentul ATCC 49766	Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu 10 buc. Haemophilus influenzae sau echivalentul ATCC 49766. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale- DM000654105

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9