

Specificații tehnice (F4.1)

		npletat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1615540708684		Data:18/04/2021		Alternativa nr.: __			
Denumirea licitației:		Achiziționarea materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021		Lot: _____		Pagina: __ din __			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
	5	Lotul nr.5 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Lotul nr.5 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare ≥ 9,0 ml/oră mm Hg	Dializator LFP130 90365	India	Poly Medisure Limited	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m-2.</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 90 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 185</p> <p>2 creatinina ≥ 172</p> <p>3 fosfați ≥ 135</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 m-2.</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 2 ani</p> <p>Sterilizare alte metode de iradiere Da</p> <p>Membrană complet sintetică Da</p> <p>Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră</p> <p>Volumul de umplere ≤ 90 ml</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Clearance Unitate măsură ml/min</p> <p>1 ureea ≥ 185</p> <p>2 creatinina ≥ 172</p> <p>3 fosfați ≥ 135</p> <p>4 vitamina B-12 ≥ 75</p>	1. Certificat CE

6	<p>Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$ ml/oră mm Hg</p>	<p>Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$ ml/oră mm Hg</p>	Dializator LFP160 90367	India	Poly Medicare Limited	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m-2 Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67</p>	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,6 m-2 Cerințe generale Certificare Internațională (CE) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67</p>	1. Certificat CE
7	<p>Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg</p>	<p>Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg</p>	Dializator LFP180 90368	India	Poly Medicare Limited	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m-2. Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95</p>	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,8 m-2. Cerințe generale Certificare Internațională (CE) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95</p>	1. Certificat CE

12	Lotul nr.12 Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	Lotul nr.12 Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	Arterial Fistula needle 16G	India	Poly Medicure Limited	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm 	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale Certificare Internațională (CE) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm 	1. Certificat CE
----	--	--	--------------------------------------	-------	-----------------------------	---	---	------------------

	13	Lotul nr. 13 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	Lotul nr. 13 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	Venous Fistula needle 16G	India	Poly Medicure Limited	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm 	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G</p> <p>Cerințe generale Certificare Internațională (CE) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție ≥ 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>3</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametrul acului 1,6 mm - lungimea acului 25 mm - lungimea tubului 150 mm 	1. Certificat CE
--	----	---	---	------------------------------------	-------	-----------------------------	---	---	------------------

	14			Arterial Fistula needle 17G	India	Poly Medicure Limited	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 17G Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMA) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. 	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 17G Cerințe generale</p> <p>Certificare Internațională (CE) Da</p> <p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p> <p>Termen garanție \geq 3 ani</p> <p>Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da</p> <p>Cerințele specifice</p> <p>№ Cerința Unitate măsură</p> <p>1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da</p> <p>2 Vor conține clame integrate. Da</p> <p>3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da</p> <p>4</p> <p>Vor avea următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm. 	1. Certificat CE
--	----	--	--	--------------------------------------	-------	-----------------------------	---	---	------------------

	15			Venous Fistula needle 17G	India	Poly Medicure Limited	. Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 17G Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm.	. Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 17G Cerințe generale Certificare Internațională (CE) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,5 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm.	1. Certificat CE	
		Lotul nr. 15 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17 G, bucăți	Lotul nr. 15 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 17 G, bucăți							
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: <u>Tudosan Reghina</u> În calitate de: <u>Farmacist-diriginte</u>								
		Ofertantul: <u>Dita Estfarm</u> Adresa: <u>mun. Chișinău, str. Burebista 23</u>								