

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779346385065 din 1 iun 2026, 10:00 - 10 iun 2026, 10:30

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
50400 000-9	10	Masina de spalat endoscoape	Olympus ETD4	-	-	<p>Cerințe generale</p> <p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanța, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da</p> <p>Lucrările de mentenanța vor include inlocuirea kitului de mentenanța anual, inspecția tehnica, mentenanța preventiva si corectiva. Da</p> <p>Verificarea sensorilor de temperatura, presiune si calibrare la necesitate,</p>	<p>Toate activitățile se vor coordona cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui.</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Toate intervențiile efectuate vor evita defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis.</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director. După efectuarea lucrărilor se va emite un raport de mentenanța, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului.</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat.</p> <p>Lucrările de mentenanța vor include inlocuirea kitului de mentenanța anual, inspecția tehnica, mentenanța preventiva si corectiva.</p> <p>Verificarea sensorilor de temperatura, presiune si calibrare la necesitate, Curatare de praf, Verificare la scurgeri, Verificarea sistemului de dozare a solutiilor si pompe peristaltice</p>	-

					Curatare de praf, Verificare la scurgeri, Verificarea sistemului de dozare a solutiilor si pompe peristaltice			
50400 000-9	11	Masina de spalat endoscoape	Olympus ETD4	-	-	<p>Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanța, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanța vor include inlocuirea kitului de mentenanța anual, inspecția tehnica, mentenanța preventiva si corectiva. Da Verificarea sensorilor de temperatura, presiune si calibrare la necesitate, Curatare de praf, Verificare la scurgeri, Verificarea sistemului de dozare solutiilor si pompe peristaltice Înlocuire 3 kituri de mentenanță formate din M2398972 Filtru frontal 3 buc UV141777 Filtru ventilator 3 buc UV141745 Filtru grosier 3 buc UV8014330 Tup tip spirala 3 buc Lampa UV 3 buc M5755842 Valva non return 2 buc W7108787 Furtun albastru pentru testul de scurgere 2 buc W7108786 Furtun albastru pentru testul de scurgere 2 buc Conectoare endoscop (2 TIP I + 1 Tip 2) 6 seturi Seturi de garniture pentru conector (1x Tip 1 + 1x Tip 2 + 1x Tip 3) 6 seturi</p>	<p>Toate activitățile se vor coordona cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Toate intervențiile efectuate vor evita defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director. După efectuarea lucrărilor se va emite un raport de mentenanța, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat. Lucrările de mentenanța vor include inlocuirea kitului de mentenanța anual, inspecția tehnica, mentenanța preventiva si corectiva. Verificarea sensorilor de temperatura, presiune si calibrare la necesitate, - Curatare de praf, - Verificare la scurgeri, - Verificarea sistemului de dozare solutiilor si pompe peristaltice Înlocuire 3 kituri de mentenanță formate din M2398972 Filtru frontal 3 buc UV141777 Filtru ventilator 3 buc UV141745 Filtru grosier 3 buc UV8014330 Tub tip spirala 3 buc Lampa UV 3 buc M5755842 Valva non return 2 buc W7108787 Furtun albastru pentru testul de scurgere 2 buc W7108786 Furtun albastru pentru testul de scurgere 2 buc Conectoare endoscop (2 TIP I + 1 Tip 2) 6 seturi Seturi de garniture pentru conector (1x Tip 1 + 1x Tip 2 + 1x Tip 3) 6 seturi O-Ring de la LT 6 6 buc</p>	-

						O-Ring de la LT 6 6 buc		
50400 000-9	12	Dulap de uscare a endoscoapelor	Cantel Medical, Endoscope Storage Cabinet	-	-	<p>Cerințe generale</p> <p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanță, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului și lucrările efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da</p> <p>Lucrările de mentenanță vor include înlocuirea kitului de mentenanță anual, inspecția tehnică, mentenanță preventivă și corectivă, efectuarea diagnosticii la defecțiune. Da</p> <p>Lucrări minime necesare de efectuat: Inlocuirea chitului de mentenanță, Curățare de praf, Verificarea presiunii de insuflare, Verificarea senzorilor de temperatura umiditate și presiune și calibrare la necesitate</p>	<p>Toate activitățile se vor coordona cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui.</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Toate intervențiile efectuate se vor evita defecțiuni adiționale ale dispozitivului. La finalul lucrărilor se va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitiv. După efectuarea lucrărilor se va emite un raport de mentenanță, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului și lucrările efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului.</p> <p>Lucrările de mentenanță vor include înlocuirea kitului de mentenanță anual, inspecția tehnică, mentenanță preventivă și corectivă, efectuarea diagnosticii la defecțiune.</p> <p>Lucrări minime de efectuat: - Inlocuirea chitului de mentenanță, - Curățare de praf, - Verificarea presiunii de insuflare, - Verificarea senzorilor de temperatura umiditate și presiune</p>	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**