

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1784023887209 din 14.07.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatului ultrasonic de măsurare a grosimii metalului.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2	3	4	5		6		7
Bunuri/servicii								
LOTUL 1						Aparat ultrasonic de măsurare a grosimii metalului UT-2A, NOVOTEST		
Aparat ultrasonic de măsurare a grosimii metalului.	UT-2A	Ucraina	NOVOTEST	Frecvența de operare	10 MHz, 5 MHz, 2,5 MHz, 1,25 MHz	Frecvența de operare	10 MHz, 5 MHz, 2,5 MHz, 1,25 MHz	
				Interval de grosimi măsurate (în funcție de traductor),mm	0,4 – 1500 mm	Interval de grosimi măsurate (în funcție de traductor),mm	0,4 – 1500 mm	
				Interval de setare a vitezei ultrasunetelor, m/s	700 - 17000m/s	Interval de setare a vitezei ultrasunetelor, m/s	700 - 17000m/s	
				Moduri de funcționare	Dijital, toleranță de control , A-scan, B-scan, mod manual, control	Moduri de funcționare	Dijital, toleranță de control , A-scan, B-scan, mod manual, control prag	

[illegible]

				20-25mm • bloc de calibrare în trepte 10-20-40-60-80-100mm • curea • Program software • Block standard de testare; • Manual de operare (în limbile română sau engleză); • Soft pentru PC compatibil cu durimetru (CD sau stickâ • Pașaport (în limbile română sau engleză); • Metodologia de verificare metrologică a grosimetrului (în limbile română sau engleză); • Certificat de aprobare de model valabil; • Buletin de verificare metrologică inițială, sau marcaj de verificare metrologică inițială CE. • Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.	• Program software • Manual de operare (în limbile română sau engleză); • Soft pentru PC compatibil cu durimetru • Certificat de calibrare emis conform standartului ILAC/ISO 17025 emis de producător (în limbile română sau engleză); • Declarație CE de conformitate; Detalii specifice: • Blocul standard de testare nu este inclus separat, întrucât configurația oferată include două blocuri de calibrare în trepte • Pașaportul produsului nu este furnizat; în schimb, este inclus manualul de utilizare emis de producător. • În locul Certificatului de aprobare de model este furnizată Declarația CE de conformitate. • Buletinul de verificare metrologică inițială sau marcajul de verificare metrologică inițială CE nu fac parte din configurația producătorului; în schimb, produsul este livrat cu Certificat de calibrare emis de producător conform ILAC/ISO 17025. • Livrarea include accesoriile și documentația prevăzute de producător pentru configurația oferată, conform setului de livrare specificat în prezenta ofertă.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**