

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 03 09 2021

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1627999616349](#)

Anunț de participare Nr.:

Către: [CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE](#)

ERICON SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) ERICON SRL se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri dispozitiv pentru prelucrarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **11 166,66** Unsprezece Mii Una Suta Șasezeci și Șase Lei 66 Bani
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **13 400,00** Treisprezece Mii Patru Sute Lei 00 Bani
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, ERICON SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Gheorghe Bunic

În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durl esti, V.Lupu 6

Data 03 09 2021

		Specificații tehnice (F4.1)						
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					
Numărul licitației:		LP nr. 21042698 / ocde-b3wdp1-MD-1627999616349				Data: „03” 09 2021		Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021				Lot: _____		Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	6	7	8
3310000-1	15	Sterilizator 80 L	BOV-V70F	China	Biobase	Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametri Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la soluțiile de dezinfectare Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz	Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametri Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la soluțiile de dezinfectare Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Bunic Gheorghe_ În calitate de: _Director_

Ofertantul: _Ericon SRL_ Adresa: _Durlști, Vasile Lupu, nr 6_

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. 21042698 / ocds-b3wdp1-MD-1627999616349

Data: „03”09 2021

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației:

Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021

Lot: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1			2	3	4	5	6	7	8	9
3310000-1	15	Sterilizator 80 L	Sterilizator 80 L	buc	1	11 166,66	13400,00	11 166,66	13400,00	până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Bunic Gheorghe_ În calitate de: _Director_

Ofertantul: _Ericon SRL_ Adresa: _Durlști, Vasile Lupu, nr 6_