

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1732797779726 / 21317358 din 20.12.2024									Pag 1 din 1
Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat)								Lot : 2, 6	
Cod CPV	Nr lotului	Denumire lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	Lot 2	Centrifugă de laborator	Centrifugă de laborator	Centrifuga, de laborator 8-12tuburi DM0412 nr.cat.9034002122 + A12-10P nr.cat. 19200348	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm de la ≤ 300 Maximală, rpm până la ≥ 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Indicatori Indicari vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor si standardelor in vigoare	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) (catalog pag.81-82) Descriere : Centrifuga DM0412 de laborator este folosită pentru separarea centrifugala a sângelui uman sau probelor de urină în rotor, conform EN ISO 12772. Specificația tehnică: Viteza de rotație : Minimală, rpm de la 300 Maximală, rpm până la 4500 (increment 100 rpm) - <i>Manual de utilizare pag 3</i> Setări setarea vitezei -DA Capacitatea și numărul de tuburi: 8 tub*15 ml ; 12 tub*10 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi (A12-10P,Catalog 19200348 pag.83) Incrementarea ≤1 min. Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică - DA <i>Manual de utilizare -Figura 6.2 pag 6</i> Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului -DA (MANUAL DE UTILIZARE - FIGURA 6.1 -PAG.6 + FIG.7.2 PAG.7) -Lacat electronic - Da Funcție de autodiagnosticare-Daca apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu litera E si operatorul poate determina o defectiune dupa codul de avertizare aparat-Manual de utilizare punctul 11.1 pag.13 Detector de depășire a vitezei, diagnostic intern automat -DA Indicatori Indicatori vizual și acustic -DA Debalansare - DA (MANUAL DE UTILIZARE PAG.3)	CE ISO Certificat de conformitate pentru echipament electronic
33100000-1	Lot 6	Vortex mixer	Vortex mixer	Vortex mixer MX-S Nr.catalogului 8031102000 + VT 1.2 Tube holding rod Nr.catalogului 18900044 + VT 1.3 Universal top plate Nr.catalog 18900505 + VT 1.3.12 Large Platform Multi-Specimen Test Tube Adapter Nr.catalog 18900875 - tuburi de 0,2 ml 0,5, ml , 1,5 ml, 2ml + VT 1.3.10 Tube adaptor Nr.catalog 18900855 -tuburi 50 ml	CHINA	DLAB Scientific Co., Ltd.	Gama de control a vitezei: 0 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0.2 – 50 mL Principiul de agitare excentric	Nr.catalogului 8031102000 Viteza 0-3000 - specificatii : Brosura pag.126. Principiul de agitare excentric VT 1.2 Tube holding rod - Nr.catalogului 18900044 - Brosura pag.126. -VT 1.3 Universal top plate - Nr.catalog 18900505 - Brosura pag.126. - VT 1.3.12 Large Platform Multi-Specimen Test Tube Adapter Nr.catalog 18900875 -tuburi de 0,2 ml 0,5, ml , 1,5 ml , 2ml. -din broșura pag. 126. -VT 1.3.10 Tube adaptor Nr.catalog 18900855 -tuburi 50 ml. din Brosura pag.126 Sa anexeaza Brosura.	CE ISO Certificat de conformitate pentru echipament electronic

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6
semnat electronic