

la Documentația standard nr. 115

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție oc ds-b3wdpl-MD-1649252504921 din 17.04 2022

Obiectul achiziției Consumabile dentare

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	Cembest	Italia	BMS	Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeificientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeificientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar 35gr+20ml	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Benderschi Tamara În calitate de: administrator