

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1763124075577							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Mobilierului medical pentru serviciul spitalicesc							
Autoritatea contractantă: IMSP SR Ungheni							
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
		Lot.1 Paturi spitalicești					
						Pat pentru pacienți, destinat utilizării în cadrul secțiilor clinice, dotat cu mecanisme manuale de reglare, structură metalică rezistentă, accesorii obligatorii și saltea inclusă. Patul trebuie să asigure siguranța, funcționalitatea și confortul pacientului, fiind conform normelor sanitare în vigoare. Cerințe tehnice minime Structura generală •Pat medical destinat utilizării clinice, prevăzut cu reglarea spătarului și a secțiunii pentru picioare prin mecanism cu manivelă sau, prin acționare electrică cu servomotoare. Sistemul de reglare trebuie să fie sigur, fiabil și ușor de operat de către personalul medical. •Cadrul structural realizat din oțel de calitate superioară, tratat prin acoperire cu pulbere electrostatică, asigurând protecție anticorozivă, rezistență la impact și finisaje durabile, fără imperfecțiuni sau muchii tăioase. •Suprafața de culcare confecționată din material metalic perforat, asigurând ventilarea optimă, rezistență mecanică și compatibilitate cu procedurile de curățare și dezinfectare din mediul spitalicesc. •Patul va fi dotat cu bare de protecție din plastic rezistent, montate în cele patru colțuri, pentru protejarea cadrelor fixe și mobile ale patului în timpul manevrării și transportului. Elementele mobile și de protecție •Sine laterale pliabile, pe toată lungimea patului, din material rezistent, cu mecanism sigur de blocare/deblocare. •Plăci pentru cap și picioare detașabile, din material PP, rezistent, ușor de curățat și dezinfectat. •Reglarea suportului pentru picioare prin mecanism tip clichet. Mobilitate și stabilitate •Pat prevăzut cu 4 roți blocabile, diametrul minim 125 mm, pentru manevrare facilă și fixare sigură. •Spațiu liber sub pat: minim 15 cm, pentru compatibilitate cu sisteme de curățare și liftare. Accesorii obligatorii	Pat pentru pacienți, destinat utilizării în cadrul secțiilor clinice, dotat cu mecanisme manuale de reglare, structură metalică rezistentă, accesorii obligatorii și saltea inclusă. Patul trebuie să asigure siguranța, funcționalitatea și confortul pacientului, fiind conform normelor sanitare în vigoare. Cerințe tehnice minime Structura generală •Pat medical destinat utilizării clinice, prevăzut cu reglarea spătarului și a secțiunii pentru picioare prin mecanism cu manivelă sau, prin acționare electrică cu servomotoare. Sistemul de reglare trebuie să fie sigur, fiabil și ușor de operat de către personalul medical.da •Cadrul structural realizat din oțel de calitate superioară, tratat prin acoperire cu pulbere electrostatică, asigurând protecție anticorozivă, rezistență la impact și finisaje durabile, fără imperfecțiuni sau muchii tăioase.da •Suprafața de culcare confecționată din material metalic perforat, asigurând ventilarea optimă, rezistență mecanică și compatibilitate cu procedurile de curățare și dezinfectare din mediul spitalicesc. da •Patul va fi dotat cu bare de protecție din plastic rezistent, montate în cele patru colțuri, pentru protejarea cadrelor fixe și mobile ale patului în timpul manevrării și transportului. da Elementele mobile și de protecție •Sine laterale pliabile, pe toată lungimea patului, din material rezistent, cu mecanism sigur de blocare/deblocare. da •Plăci pentru cap și picioare detașabile, din material PP, rezistent, ușor de curățat și dezinfectat. da •Reglarea suportului pentru picioare prin mecanism tip clichet. Mobilitate și stabilitate •Pat prevăzut cu 4 roți blocabile, diametrul 150 mm, pentru manevrare facilă și fixare sigură. da •Spațiu liber sub pat: minim 15 cm, pentru compatibilitate cu sisteme de curățare și liftare. da

1.1.	33100000-1	Pat pacient mecanic	MN-03	Turcia	MEDICAL 2000	Accesori obligatorii •Stâlp IV inclus, ajustabil, compatibil cu structura patului. •Saltea inclusă, prevăzută cu suprafață ușor de curățat și dezinfectat, impermeabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante și uzură. Specificațiile dimensionale minime •Lungime totală: 210 cm •Lățime totală: 97 cm •Înălțime ajustabila: 45-70 cm •Unghi spătar: 0°– 70° •Unghi secțiune picioare: 0°– 40° •Diametrul roților: 12,5 cm (125 mm) •Spațiu liber sub pat: 15 cm •Capacitate maximă suportată: minimum 250 kg Cerințe privind calitatea și conformitatea •Patul și componentele sale trebuie să fie noi, neutilizate, fabricate recent. •Materialele utilizate trebuie să fie rezistente la dezinfectanți medicali și la cicluri repetate de curățare. •Toate piesele metalice trebuie să aibă finisaje durabile, fără margini ascuțite, bavuri sau defecte de fabricație. •Produsul trebuie să fie însoțit de certificat de conformitate, declarație CE și documentație tehnică. Cerințe privind livrarea, instalarea și garanția •Livrarea patului în stare complet asamblată sau semiasamblată, cu montajul efectuat de furnizor la locul instalării. •Instruirea personalului privind utilizarea mecanismelor și a accesoriilor. •Garanție minimă solicitată: 24 luni pentru pat și componente. •Furnizorul va asigura servicii de mentenanță în perioada de garanție. Alte cerințe obligatorii •Furnizorul este obligat să atașeze la specificația tehnică o fotografie clară a modelului de pat propus, în care să fie vizibile principalele elemente constructive (cadrul, plăcile cap-picioare, sinele laterale, roțile, mecanismele de reglare și accesoriile). Fotografia trebuie să corespundă strict produsului oferat și să permită verificarea vizuală a conformității.	Accesori obligatorii •Stâlp IV inclus, ajustabil, compatibil cu structura patului. da •Saltea inclusă, prevăzută cu suprafață ușor de curățat și dezinfectat, impermeabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante și uzură. da Specificațiile dimensionale minime •Lungime totală: 216 cm •Lățime totală: 109 cm •Înălțime ajustabila: 40-73 cm •Unghi spătar: 70° •Unghi secțiune picioare: 30° •Diametrul roților: 12,5 cm (125 mm) da •Spațiu liber sub pat: 15 cm da •Capacitate maximă suportată: 250 kg da Cerințe privind calitatea și conformitatea •Patul și componentele sale trebuie să fie noi, neutilizate, fabricate recent. •Materialele utilizate trebuie să fie rezistente la dezinfectanți medicali și la cicluri repetate de curățare. •Toate piesele metalice trebuie să aibă finisaje durabile, fără margini ascuțite, bavuri sau defecte de fabricație. •Produsul trebuie să fie însoțit de certificat de conformitate, declarație CE și documentație tehnică. Cerințe privind livrarea, instalarea și garanția •Livrarea patului în stare complet asamblată sau semiasamblată, cu montajul efectuat de furnizor la locul instalării. •Instruirea personalului privind utilizarea mecanismelor și a accesoriilor. •Garanție minimă solicitată: 24 luni pentru pat și componente. •Furnizorul va asigura servicii de mentenanță în perioada de garanție. Alte cerințe obligatorii •Furnizorul este obligat să atașeze la specificația tehnică o fotografie clară a modelului de pat propus, în care să fie vizibile principalele elemente constructive (cadrul, plăcile cap-picioare, sinele laterale, roțile, mecanismele de reglare și accesoriile). Fotografia trebuie să corespundă strict produsului oferat și să permită verificarea vizuală a conformității.	CE
------	------------	------------------------	-------	--------	--------------	--	--	----

1.2.		Pat pacient în 3 secțiuni	Plus A8	Turcia	MEDICAL 2000	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii utilizare în secțiile ATI și reanimare pentru poziționarea și monitorizarea pacienților adulți. Specificații tehnice: •Tip: pat multifuncțional, acționat electric, cu posibilitatea de reglaj în 5–6 poziții. •Control: telecomandă cu butoane marcate prin simboluri grafice intuitive; posibilitate de blocare a comenzilor pacientului de către personalul medical. •Funcționalități obligatorii: poziționare sedentară, Trendelenburg și anti-Trendelenburg. •Greutatea maximă admisă: ≥250 kg. •Reglaj pe înălțime: ajustabilă până la minim 74 cm. •Parapete laterale: din cel puțin 2 secțiuni separate pe fiecare parte, pentru siguranța pacientului. •Roți: diametru ≥12,5 cm, sistem de blocare pe cel puțin 2 roți; colțuri prevăzute cu bampere cauciucate sau echivalent amortizor. •Alimentare: 220 V, 50 Hz; reglaj manual de urgență în caz de lipsă energie (opțional). Dotări incluse: •Saltea ortopedică lavabilă, grosime ≥14 cm, husă cu fermoar. •Stativ pentru perfuzii, reglabil pe înălțime. Furnizorul trebuie să asigure livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului la sediul beneficiarului.	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii utilizare în secțiile ATI și reanimare pentru poziționarea și monitorizarea pacienților adulți. Specificații tehnice: •Tip: pat multifuncțional, acționat electric, cu posibilitatea de reglaj în 5–6 poziții. da •Control: telecomandă cu butoane marcate prin simboluri grafice intuitive; posibilitate de blocare a comenzilor pacientului de către personalul medical. da •Funcționalități obligatorii: poziționare sedentară, Trendelenburg și anti-Trendelenburg. da •Greutatea maximă admisă: 250 kg. •Reglaj pe înălțime: ajustabilă 40-73 cm. •Parapete laterale: din cel puțin 2 secțiuni separate pe fiecare parte, pentru siguranța pacientului. da •Roți: diametru 15 cm, sistem de blocare pe cel puțin 2 roți; colțuri prevăzute cu bampere cauciucate sau echivalent amortizor. •Alimentare: 220 V, 50 Hz; reglaj manual de urgență în caz de lipsă energie (opțional). da Dotări incluse: •Saltea ortopedică lavabilă, grosime 14 cm, husă cu fermoar. da •Stativ pentru perfuzii, reglabil pe înălțime. da Furnizorul trebuie să asigure livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului la sediul beneficiarului.	CE
Lot nr.2 Mese si dulap medical								
2.1.		Masa pentru manipulari	CMHH-11	Rusia	Oka-Medic	Masă pentru manipulare cu 2 polițe și 2 sertare, cu roțile cu frână, carcas sudat, din inox sau vopsit cu vopsea albă. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: •Lungime: 800 –1000 mm ± 10 cm •Lățime: 500 –600 mm ± 10 cm •Înălțime: 850 –950 mm ± 10 cm	Masă pentru manipulare cu 2 polițe și 2 sertare, cu roțile cu frână, carcas sudat, din inox sau vopsit cu vopsea albă. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: •Lungime: 720 mm ± 100 mm •Lățime: 550 mm ± 100 mm •Înălțime: 910 mm ± 100 mm	Certificat de Conformitate

[illegible]

1.	0000-1	Noptiera de	CEY02	Turcia	MEDICAL 2000	Achiziționarea unei noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. •Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. •Roți pivotante, minim 2 cu frină, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. •Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. •Două rafturi pentru depozitare liberă. •Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. •Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. •Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate •Lungime totală: 59 cm •Adâncime totală: 44 cm •Înălțime: 86 cm •Lățime masa de servit la pat: 40 cm •Lungime masa de servit la pat: 58 cm •Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm •Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia •Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz	Achiziționarea unei noptire pentru pacienți destinată utilizării în saloanele clinice, care să includă atât funcția de depozitare (sertare, rafturi) cât și masa de servit la pat reglabilă și înclinabilă, conform specificațiilor tehnice de mai jos. Cerințe tehnice minime •Masa și sertarele fabricate din HPL (High Pressure Laminate), material de înaltă calitate, rezistent la impact, la uzură, ușor de curățat. da •Cadrul principal metalic, vopsit electrostatic, culoare RAL, cu finisaj uniform, rezistent la zgârieturi, coroziune și substanțe dezinfectante. •Sine telescopice pentru sertare, echipate cu amortizare la închidere pentru siguranță și confort de utilizare. •Roți pivotante, 2 cu frină, diametrul ≥ 75 mm sau mai mare, pentru mobilitate facilă în salon și fixare sigură. •Masa de servit la pat: fabricată din aluminiu, pliabilă, reglabilă pe înălțime (cu amortizor sau mecanism similar), și cu suprafață de servit/ citit. •Două rafturi pentru depozitare liberă. •Sertare cu recipiente din plastic ABS (ușor de curățat, detașabile) pentru depozitare suplimentară, utilizabile de personal și pacient. •Masa de servit la pat poate fi poziționată pe ambele părți ale noptierii (stânga sau dreapta) conform necesității. •Mobilierul să permită curățare facilă, dezinfectare fără risc de degradare materială Dimensiuni minime specificate •Lungime totală: 59 cm •Adâncime totală: 44,5 cm •Înălțime: 86 cm •Lățime masa de servit la pat: 40 cm •Lungime masa de servit la pat: 58 cm •Înălțime maximă masa de servit la pat: 112 cm •Înălțime minimă masa de servit la pat: 84 cm	CE
----	--------	-------------	-------	--------	--------------	--	--	----

3	33106	spital				•Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. •Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. •Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgâraie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. •Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. •Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. Condiții de livrare, montaj și verificare •Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). •Garanție minimă: 24 luni . Alte cerințe obligatorii •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). •Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. •Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.	Cerințe privind calitatea, conformitatea și ergonomia •Toate materialele să fie conforme cu cerințele pentru mobilier de uz spitalicesc: rezistență la apă, la substanțe dezinfectante, la coroziune. •Designul să nu prezinte margini ascuțite, să permită curățare facilă, colțuri rotunjite dacă este cazul pentru siguranța pacientului și a personalului. •Roțile să aibă capacitate adecvată de încărcare, să fie compatibile cu pardoseli spitalicești, să nu zgâraie, să fie blocabile pentru a evita mișcarea accidentală. •Mecanismul de reglare înălțime și înclinare al mesei de servit să fie fiabil, să asigure poziții stabile, fără vibrații, fără blocaje. da •Posibilitatea de a poziționa masa de servit pe ambele părți să fie facilă, cu mecanism de fixare sigur. da •Documentație tehnică completă, certificat CE sau echivalent european pentru mobilier de uz medical/spitalicesc, declarație de conformitate, garanție minimă 24 luni. Condiții de livrare, montaj și verificare •Mobilierul trebuie livrat complet asamblat sau cu montaj efectuat de furnizor la locație, personal instruit privind operarea mesei de servit (înclinare/reglare). •Garanție minimă: 24 luni . Alte cerințe obligatorii •Oferta trebuie să includă fotografie/fotografii color ale modelului propus, vizibile toate elementele principale (masa de servit, roți, structura metalică, rafturi, sertare). •Producătorul/modelul produsului trebuie să fie specificat, cu fișa tehnică detaliată, dimensiuni, materiale și certificări. •Orice abatere de la cerințele de mai sus trebuie explicit justificată și cuantificată; abaterile majore pot conduce la declararea ofertei neconforme.	
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								