

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684740403757
Denumirea procedurii de achiziție Servicii de mentenanță a utilajului medical pe sem. II, 2023

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 9						
Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU RADSpeed Fit	RADSpeed Fit	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.	CE
LOT 10						

<p>Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic SHIMADZU MobileArt Evolution MX7</p>	<p>MobileArt Evolution MX7</p>	<p>Japonia</p>	<p>Shimadzu</p>	<p>Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.</p>	<p>Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instructajul personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 intervenții și la solicitarea inginerului local.</p>	<p>CE</p>
--	--------------------------------	----------------	-----------------	---	---	-----------

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău