



Specificații tehnice (Anexa nr.22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			Licitatie Deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1769786512942 / 21559103					Data: 17.02.2026	Alternativ va nr.: _____
Denumirea licitației:			Achiziționarea KIT-urilor HLA de dignostic al compatibilitatii donator/receptor întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 (repetat)					Lot: _____	Pagina: _din_
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
331000 00-1	1	Kit SSO HLA-A	Kit SSO HLA-A	LIFECODES HLA-A eRES SSO Typing Kit Code 628913 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de
331000 00-1	2	Kit SSO HLA-B	Kit SSO HLA-B	LIFECODES HLA-B eRES Typing Kit Code 628917 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map; Confirm ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de
331000 00-1	3	Kit SSO HLA-C	Kit SSO HLA-C	LIFECODES HLA-C eRES Typing Kit Code 628921 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de
331000 00-1	4	Kit SSO HLA-DRB1	Kit SSO HLA-DRB1	LIFECODES HLA-DRB1 eRES Typing Kit Code 628925 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de
331000 00-1	5	Kit SSO HLA-DQB1	Kit SSO HLA-DQB1	LIFECODES HLA-DQA1/B1 SSO Typing Kit Code 628930 + Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sa fie incluși reagenți, Taq polimeraza, PE conjugate Streptavidin	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map; Confirmam ca in set sunt incluși reagenții: -Taq polimeraza "Lifecodes Taq Polymerase"; -PE conjugate Streptavidin "Lifecodes Streptavidin-PE",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de
331000 00-1	6	Kit LAB Screen Single Class I	Kit LAB Screen Single Class I	LIFECODES LSA Class I Code 265100	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map, în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sunt incluși reagenții: -negativ serum "LSA Class I Negative Control" -pozitiv serum "LSA Class I Positive Control",	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de
331000 00-1	7	Kit LAB Screen Single Class II	Kit LAB Screen Single Class II	LIFECODES LSA Class II Code 265200	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set să fie incluși reagenți, negativ serum, pozitiv serum, PE conjugate goat anti-human IgG	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map în set sunt incluși reagenții: -negativ serum "LSA Class II Negative Control" -pozitiv serum "LSA Class II Positive Control"	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de
331000 00-1	8	FLEXMAP3D performance calibration kit (classification și reporter)	FLEXMAP3D performance calibration kit (classification și reporter)	FLEXMAP 3D Calibration Kit Code F3DIVD-CAL-K25	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate

331000 00-1	9	FLEXMAP3D performance verification kit (classification, reporter și fluid)	Luminex 100/200 performance verification kit (Classification,reporter si fluid)	FLEXMAP 3D performance verification kit Code F3DIVD- PVER-K25	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	10	Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex	Lichid pentru analizator cu tehnologie Luminex / FLEXMAP3D	XMAP Sheath Fluid Plus, Code 40-50035	USA	Luminex Corporation	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map	Compatibil cu FLEXMAP3D. Metoda de determinare- X-Map	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate
331000 00-1	11	Control pozitiv Anti-limfocite IgG	Control pozitiv Anti-limfocite IgG	LIFECODES PC-AHG Code 405467	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Control anti-limfocite pentru a determina reactivitatea complementului. Controalele anti-limfocite sunt anticorpi monoclonali puternic citotoxici pentru limfocitele umane, fără reactivitate împotriva granulocitelor, monocitelor, trombocitelor și globulelor roșii.	Control anti-limfocite pentru a determina reactivitatea complementului. Controalele anti-limfocite sunt anticorpi monoclonali puternic citotoxici pentru limfocitele umane, fără reactivitate împotriva granulocitelor, monocitelor, trombocitelor și globulelor roșii.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate
331000 00-1	12	Control negativ	Control negativ	LIFECODES PHS Code 405510	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Controlul serului normal este ser uman de la donatori de sex masculin netransfuzăți cu grupa sanguină AB negativ.	Controlul serului normal este ser uman de la donatori de sex masculin netransfuzăți cu grupa sanguină AB negativ.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate
331000 00-1	13	Complement de iepure clas I	Complement de iepure clas I	ABC Bulk Rabbit Complement Code 405464	USA	Immucor GTI Diagnostics Inc.	Pentru teste de citotoxicitate dependente de complement pentru determinarea antigenelor de suprafață celulară HLA clasa I	Pentru teste de citotoxicitate dependente de complement pentru determinarea antigenelor de suprafață celulară HLA clasa I	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate

Semnat : _____ Numele, Prenumele: **Andrei Talpis** in calitate de **Administrator**

Ofertantul: S.C. "ZETICON" S.R.L. - Adresa: **Bulevardul Moscova 9/5, of. 49, Chisinau, Rep. Moldova**

