

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1634711022657	Data: 22 oct 2021, 14:54 - 27 oct 2021, 14:54	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Autoclavă verticală pentru laborator	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	NR. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
33191110-9	1	Autoclavă verticală	Autoclavă verticală	BKQ-B100II+printer	China	Biobase	Cerințe tehnice minime: Temperatura de la 1050C până la 1340C Temperatura - precizie: ± 0,10C Volumul: minimum 100 litri ± 10 litri Dimensiunea camerei: 386 x 875 mm ± 50 mm Consum de energie: 5,2 kW ± 0,4 kW Frecvența tensiune: 220 V, 50/60 Hz NB! In costul ofertei vor fi incluse clauzele menționate in pct. 35 (mai jos).	BKQ-B100II+printer, Biobase ,China da da da, 100lt da da da da	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**