

## PROCES-VERBAL

### al ședinței Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice al SM al MAI pentru anularea decizie de atribuire

20.04.2021

mun. Chișinău

Întru executarea ordinului Serviciului medical al MAI **nr.10 din 05 martie 2021** „Cu privire la crearea și activitatea Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice al Serviciului medical al MAI” cu modificările și completările ulterioare comisia în componența:

#### **Președintele grupului de lucru:**

**Vitalie MORARU** - comisar șef, șef-adjunct al Serviciului medical al MAI;

#### **Membrii grupului de lucru:**

**Marina TATAROI-SCOROBOGATCO** - comisar șef, șef al Spitalului Serviciului medical;

**Diana BULAT** – comisar-principal, șef al Policlinici Serviciului medical al MAI;

**Olga CAZAC** - șef al Secției finanțe și evidență contabilă a Serviciului medical;

**Spiridon TIMERCAN** - șef al Secției administrare și logistică a Serviciului medical

**Adelaida NICHIFOROVA** – inspector superior, jurist al Secției economie și planificare al SM a MAI.

#### **Secretar:**

**Mariana BOGHII** – inspector planificare și achiziții al Secției economie și planificare al SM a MAI.

Secretarul Grupului de lucru a adus la cunoștință ordinea de zi a ședinței după cum urmează:

#### **ORDINEA DE ZI:**

**1.** Examinarea raportului dlui **Nicolai BOTNARU**, inginer superior pe deservirea aparatajului medical a secției administrare și logistică referitor la necorespunderea ofertei.

#### **S-A EXAMINAT:**

**1.** Conform procesului verbal nr.6 din 13.04.2021 a fost luată decizia de a accepta oferta cu cel mai mic preț și de a atribui contractul de achiziție de valoare

mică operatorului economic "LIGACOM" SRL și de achiziționa un compresor de aer în valoare totală de 97 980,00.

După studierea suplimentară a documentației tehnice, inginerul superior pe deservirea aparatului medical a constatat următoarele:

1. Compresorul funcționează pe bază de ulei și nu poate fi folosit în combinație cu sistemul de alimentare cu oxigen medical datorită pericolului de explozie care este posibil în cazul pătrunderii vaporilor de ulei în magistrala centrală de alimentare cu gaze medicale.
2. Modelul propus este destinat pentru aplicații industriale care sunt diferite din punct de vedere al normelor de filtrare a aerului și al securității.
3. În lista de cerințe a fost specificate cerințele generale ca compresorul să fie pentru aplicații medicale (echipamente de ventilare și mașini de anestezie) unde rezervorul de aer trebuie să poseze protecție antibacteriană/antifungice precum și protecție anticorozivă.

În aceste circumstanțe se propune anularea deciziei de atribuire a contractului de achiziție cu operatorul economic "LIGACOM" SRL cu examinarea altor oferte propuse de operatorii economici și desemnarea câștigătorului.

Propunerea a fost pusă la vot.

Propunerea a fost susținută unanim de toți membrii grupului de lucru.

#### S-A DECIS:

1. De a anula decizia de atribuire a contractului de achiziție a compresorului de aer prin procedura de achiziție publică de valoare mică, în sumă de 97 980 lei fără TVA.

**Președintele grupului  
de lucru:**

comisar șef

  
Vitalie MORARU

**Membrii grupului de lucru:**

comisar principal

  
Marina TATAROI-SCOROBOGATCO

comisar-principal


  
Diana BULAT

  
Olga CAZAC

  
Spiridon TIMERCAN

  
Adelaida NICHIFOROVA

**Secretar:**

  
Mariana BOGHII