

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1723111347155 din 12.09.2024									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (lista suplimentată 11)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	10	151200 Glucometru (caracteristici de baza)	151200 Glucometru (caracteristici de baza)	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214)+ ON CALL® LANCETS (C121-3041) +ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Glucometru (caracteristici de bază) Cod 151200 Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatoriu Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatoriu Autonomie de la baterie ≥ 700 Indicator baterie descărcată obligatoriu Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu Baterie ≥ 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste) obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu Ace sterile de unică utilizare ≥ 400 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 400 buc.	Glucometru <b>ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214)</b> Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei = 0,5 µL. Gama de măsurare 1.1-33.3 mmol/L. Gama hematocritului 25-60%. Timpul de măsurare = 10 sec. (broșura, pagina 1, hășurat cu verde) Ecran LCD. (manual de utilizare, pagina 5, hășurat cu verde) Calibrarea automată. Oprire automată 2 minute după ultima acțiune. Memoria numărul de teste = 300 teste cu data/ora și rezultatul probei. Baterie internă CR 2032 3.0V. Autonomie de la baterie = 1000 teste. Indicator baterie descărcată. Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei. Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile cu glucometru oferit. Baterie = 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru și accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste). Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere. La livrarea cu glucometru vor fi livrate Ace sterile de unică utilizare <b>ON CALL® LANCETS (G124-10A)</b> = 400 buc. și Teste <b>ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111)</b> cu termenul de valabilitatea min. 18 luni = 400 buc., compatibile cu dispozitivul oferit. (broșura, pagina 1, hășurat cu verde) <b>Manualul de utilizare și broșura de la producător se anexează.</b>	Certificat CE, Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație, Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - <b>ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM - DM000399134, ON CALL® LANCETS - DM000415323, ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS - DM000399183.</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9