



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE**  
**CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 0(22) 222 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg02-1657 din "03" 06 2021

**PHARMONY SRL**

[alexandru.sarco@gmail.com](mailto:alexandru.sarco@gmail.com)

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1615540708684 din 18.04.2021 privind "Achiziția materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021", Vă comunică că conform **deciziei din 02.06.2021** oferta Dvs. nu a fost acceptată:

Lotul nr.8 (2) Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) și Lotul nr.11 (4) Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Dialog) -

În documentele confirmative și certificatele prezentate în oferta propusă inițial și în clarificarea recepționată la data 06.05.2021 nr.054/PH-CAPCS, respectiv pe mostrele primite, s-a prezentat alt produs decât cel indicat în formularul F4.1, iar în urma clarificărilor solicitate prin intermediul demersului Rg 02-1416 din 13.05.2021, nu s-a putut demonstra că modelul produselor specificat în Formularul ofertei Tehnice F4.1 ar fi același produs ca cel indicat pe mostră, în documentele confirmative și în declarația de conformitate, ceea ce denotă că în urma clarificărilor s-a modificat oferta inițială prin completarea acesteia.

Toate documentele confirmative anexate, inclusiv mostrele prezentate trebuie comparate cu Formularul tipizat F4.1- Formularul Ofertei Tehnice și cu modelul menționat în coloana destinată acestuia, astfel evaluarea nu poate fi obiectivă în cazul în care acesta nu este prezentat corespunzător.

Ținem să menționăm că contractele care se semnează după luarea deciziei și termenului de așteptare redau conținutul solicitărilor și propunerilor din cadrul procedurii de achiziție și în anexele acestuia se indică și modelul produselor care au fost înaintate de către operatorul economic desemnat câștigător în formularul ofertei tehnice F4.1. Astfel în cazul în care nu a fost oferit un model stabil/fix, atunci la executarea contractelor apare riscul manipulării obligațiilor din partea operatorului economic.

Conform art. 74 alin. (4) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 *privind achizițiile publice* - Se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziții publice, modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

*Cu respect,*

**Director**  
**Centru pentru Achiziții Publice**  
**Centralizate în Sănătate**

**Ivan ANTOCI**